



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Znak postępowania ZP/PN/4/2016

Zawiercie, dnia 11 lutego 2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 40 350

Faks: 32 67 21 532

e-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym ZP/PN/4/2016 na dostawę pn. *Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu* do **ZAMAWIAJĄCEGO** złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* zawierające pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela odpowiednio niżej wymienionych wyjaśnień - odpowiedzi:

Pytanie nr 1

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 6, RASPATOR WILLIGER SZER. 5,0 MM, DŁ. 160 MM ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 7, ŁYŻECZKA KOSTNA WILLIGER, DWUSTRONNA, OWALNO-OWALNA, FIG. 00/0, DŁ. 14 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 8, ŁYŻECZKA KOSTNA WILLIGER, DWUSTRONNA, OWALNO-OWALNA, FIG. 0-1, DŁ. 14 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 4

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 9, HAK DO RAN FARABEUF, DWUSTRONNY, FIG. 1, ŁOPATKI: 23X16 I 26X16 MM, FIG. 2 ŁOPATKI: 27X16 I 30X16 MM, DŁ. 15,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 10, HAK KOCHER-LANGENBECK, ŁOPATKA 25X6 MM, RĘKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUROWA, DŁ. 21,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak.

Pytanie nr 6

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 11, HACZYK DELIKATNY DO RAN, 2 ZĘBY, OSTRY, DŁ. 16,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 12, HACZYK DELIKATNY DO RAN, 1 ZĄB, OSTRY, DŁ. 16,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 13, HACZYK DELIKATNY DO RAN, 1 ZĄB, TĘPY, DŁ. 16,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 14, HACZYK DO POWIEK DESSMARES, SIODEŁKOWY 8 MM, DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 14, HACZYK DO POWIEK DESSMARES, SIODEŁKOWY 12 MM, DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 11

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 16, HAK ISRAEL, ŁOPATKA 40X40 MM, TĘPY, 4 ZĘBY, REKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 24,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Tak.

Pytanie nr 12

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 17, HAK ISRAEL, ŁOPATKA 70X70 MM, TĘPY, 6 ZĘBY, REKOJEŚĆ PŁASKA, AŻUR, DŁ. 24,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Tak.

Pytanie nr 13

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 18, HAK DWUSTRONNY RICHARDSON-EASTMAN, FIG. 2, ŁOPATKI "SIODŁOWE" 43X38 MM + 63X44 MM, DŁ. 27,5 CM I FIG 1 25X20 MM+ 30X28 MM, DŁ. 26 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 19, HAK DWUSTRONNY RICHARDSON-EASTMAN, FIG. 1, ŁOPATKI "SIODŁOWE" 25X20 MM+ 30X28 MM, DŁ. 26 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 28, WZIERNIK KALLMORGEN, FIG. 2 ZESTAW ŁOPATKA 90X40 MM I 90X37 MM ?

Odpowiedź na pytanie nr 15

TAK

Pytanie nr 16

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 29, KLEM MAYO-ROBSON, JELITOWY PROSTY, DŁ. 21,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 30, SKROBACZKA MACICZNA SIMS, TĘPA SZTYWNA, FIG. 6, SZER. 14 MM, DŁ. 31,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 18

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 31, WZIERNIK KALLMORGEN, FIG. 1 ZESTAW ŁOPATKA 70X40 MM I 70X37 MM ?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Tak.

Pytanie nr 19

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 61, KLESZCZE DO WYROSTKA MIKULICZ, 1X2 Z., LEKKO ZAGIĘTE, DŁ. 20,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 62, ZAPINKA BACKHAUS, DO SERWET OPERACYJNYCH, DŁ. 13 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Tak.

Pytanie nr 21

PAKIET NR 1

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 63, KASZETKE DO STERYLIZACJI I PRZECHOWYWANIA IGIEŁ CHIRURGICZNYCH, WYM. 150X95X13 MM, Z PRZEGRÓDKAMI, WIECZKO PERFOROWANE, Z BLACHY NIERDZEWNEJ 18/8 ?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Tak.

Pytanie nr 22

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 1, KLESZCZE NACZYNIOWE KOCHER (OCHSNER), 1X2 ZĘBY, ZAGIĘTE, DŁ. 14,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 2, KLESZCZE NACZYNIOWE KOCHER (OCHSNER), 1X2 Z., PROSTE, DŁ. 14,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 3, KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN (ROCHESTER), PROSTE, DŁ. 14,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 25

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 9, NOŻYCHY PREPARACYJNE MAYO-STILLE, ZAGIĘTE, KOŃCE TĘPE, DŁ. 15 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Tak.

Pytanie nr 26

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 10, NOŻYCHY LISTER, DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, 1 OSTRZE Z KULKĄ, ZAGIĘTE, DŁ. 18,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Tak.

Pytanie nr 27

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 13, NOŻYCHY PREPARACYJNE LEXER-BABY, ZAGIĘTE, DŁ. 10 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 19, IMADŁO DO IGIEŁ HALSEY, GŁADKIE, DŁ. 13,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Tak

Pytanie nr 29

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 28, ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY DO RAN WEITLANER, TĘPY, 3X4 Z., DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Tak

Pytanie nr 30

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 32, SKROBACZKA DO OKOSTNEJ WILLIGER, SZER. 5 MM, ZAGIĘTA, DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 33, SKROBACZKA DO OKOSTNEJ WILLIGER, SZER. 7 MM, ZAGIĘTA, DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 32

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 34, ŁYŻECZKA KOSTNA BRUNS, OKRĄGŁA, FIG. 000, DŁ. 17 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Tak

Pytanie nr 33

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 35, ŁYŻECZKA KOSTNA BRUNS, OKRĄGŁA, FIG. 00, DŁ. 17 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Tak

Pytanie nr 34

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 36, ŁYŻECZKA KOSTNA BRUNS, OKRĄGŁA, FIG. 0, DŁ. 17 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Tak

Pytanie nr 35

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 37, ŁYŻECZKA KOSTNA BRUNS, FIG. 1, OKRĄGŁA, DŁ. 17 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Tak

Pytanie nr 36

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 38, ŁYŻECZKA KOSTNA BRUNS, FIG. 2, OKRĄGŁA, DŁ. 17 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Tak

Pytanie nr 37

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 39, ŁYŻECZKA KOSTNA BRUNS, FIG. 3, OKRĄGŁA, DŁ. 17 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 50, ODGRYZACZ KOSTNY FRIEDMANN, ZAGIĘTY, DŁ. 13,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 39

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 51, ODGRYZACZ KOSTNY LUER, PROSTY, DŁ. 18,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Tak

Pytanie nr 40

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 52, ODGRYZACZ KOSTNY LUER, PROSTY, DŁ. 18,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Tak

Pytanie nr 41

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 54, KLESZCZE NACZYNIOWE KOCHER (OCHSNER), 1X2 Z., ZAGIĘTE, DŁ. 16,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Tak

Pytanie nr 42

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 57, ODGRYZACZ KOSTNY LUER, PROSTY, DŁ. 18,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Tak

Pytanie nr 43

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 58, KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, ZAGIĘTE, DŁ. 12 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Tak

Pytanie nr 44

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 59, OBCĘGI UTWARDZ. CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTÓW I PRĘTÓW, DŁ. 15 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Tak

Pytanie nr 45

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 60, NOŻYCZKI PREPARACYJNE MAYO-STILLE, ZAGIĘTE, KOŃCE TĘPE, DŁ. 15 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Tak



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 46

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 62, TRZONEK NR 4L, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 18÷36, RĘKOJEŚĆ: PROSTA, MASYWNA Z BRUZDOWANIEM, DŁUGA, DŁ. 21 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Tak

Pytanie nr 47

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 64, TRZONEK NR 3, STANDARDOWY, DO SKALPELI JEDNORAZOWYCH NR 10÷17, DŁ. 12 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Tak

Pytanie nr 48

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 67, NOŻYCZKI PREPARACYJNE METZENBAUM-NELSON, KOŃCE TĘPO-TĘPE, ZAGIĘTE, DŁ. 26 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 71, ODGRYZACZ KOSTNY JANSEN, PROSTY, DŁ. 18 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Tak

Pytanie nr 50

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 77, MISECZKA CHIRURGICZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ, 61X30 MM, 0,07L ?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 82, NOŻYCZKI PREPARACYJNE METZENBAUM HM, DELIKATNE, SZLIF SPECJALNY, ZAGIĘTE, DŁ. 11 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 83, KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, ZAGIĘTE, DŁ. 12 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Tak



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 53

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 85, KLESZCZE PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSENDOERFER, FIG. 3, ZAGIĘTE, DŁ. 21,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Tak

Pytanie nr 54

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 90, POJEMNIK DO STERYLIZACJI IGIEŁ, PROSTOKĄTNY 75X25X4,5 MM, Z POKRYWĄ, Z BLACHY NIERDZEWNEJ 18/8 PERFOFOWANEJ ?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Tak

Pytanie nr 55

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 94, IMADŁO DO IGIEŁ HALSEY, GŁADKIE, DŁ. 13,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 100, ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY DO RAN WEITLANER, TĘPY, 3X4 Z., DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Tak

Pytanie nr 57

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 103, SKROBACZKA DO OKOSTNEJ WILLIGER, SZER. 5 MM, ZAGIĘTA, DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 104, SKROBACZKA DO OKOSTNEJ WILLIGER, SZER. 7 MM, ZAGIĘTA, DŁ. 16 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 105, ODGRYZACZ KOSTNY FRIEDMANN, ZAGIĘTY, DŁ. 13,5 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 60

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI W PKT 107, IMADŁO DO IGIEŁ UTWARDZ. DEBAKEY, MINIPROFIL, DŁ. 18 CM ?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Tak

Pytanie nr 61

PAKIET NR 2

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W PKT 108, KONTENER DO STERYLIZACJI SKŁADAJĄCY SIĘ Z POKRYWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WANNY KONTENERA I FILTRA NA NIEOGRANICZONA LICZBĘ STERYLIZACJI ?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Tak

Pytanie nr 62

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA TRZONEK NR 3, STANDARDOWY, DO SKALPELI W PKT 1 DOPUŚCI JEDNORAZOWYCH NR 10÷17, DŁ. 12 CM

Odpowiedź na pytanie nr 62

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 63

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO, W PKT 8 DOPUŚCI ZAGIĘTE, DŁ. 12 CM

Odpowiedź na pytanie nr 63

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 64

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NOŻYCZKI LISTER, DO MATERIAŁÓW W PKT 9 DOPUŚCI OPATRUNKOWYCH, 1 OSTRZE Z KULKĄ, ZAGIĘTE, DŁ. 14,5 CM

Odpowiedź na pytanie nr 64

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 65

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NOŻYCZKI PREPARACYJNE MAYO-STILLE, ZAGIĘTE, W PKT 11 DOPUŚCI KOŃCE TĘPE, DŁ. 15 CM

Odpowiedź na pytanie nr 65

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 66



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NOŻYCZKI PREPARACYJNE MAYO-STILLE, ZAGIĘTE,
W PKT 12 DOPUŚCI KOŃCE TĘPE, DŁ. 15 CM

Odpowiedź na pytanie nr 66

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 67

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA KLESZCZE NACZYNIOWE PEAN, DELIKATNE,
W PKT 25 DOPUŚCI PROSTE, DŁ. 14,5 CM

Odpowiedź na pytanie nr 67

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA IMADŁO DO IGIEŁ MAYO-HEGAR, PROSTE, DŁ. 20,5
W PKT 23 DOPUŚCI CM

Odpowiedź na pytanie nr 68

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 69

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MIKRO-IMADŁO DERF, PROSTE, SZCZĘKI
W PKT 24 DOPUŚCI BRUZDOWANE POPRZECZNIE, JEDNA Z WYCIĘCIEM
"ŁEZKOWYM", DŁ. 12CM

Odpowiedź na pytanie nr 69

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PĘSETKA DO ODŁAMKÓW KOSTNYCH, DELIKATNA,
W PKT 25 DOPUŚCI PROSTA, SZCZĘKI REDLINOWANE, DŁ. 12,5 CM

Odpowiedź na pytanie nr 70

Nie

Pytanie nr 71

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PĘSETKA DO ODŁAMKÓW KOSTNYCH, DELIKATNA,
W PKT 26 DOPUŚCI ZAGIĘTA, SZCZĘKI REDLINOWANE, DŁ. 12,5 CM

Odpowiedź na pytanie nr 71

Nie



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 72

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA KLESZCZE NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO,
W PKT 27 DOPUŚCI ZAGIĘTE, DŁ. 12 CM

Odpowiedź na pytanie nr 72

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 73

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NOŻYCHY DELIKATNE OCNIE, DO TĘCZÓWKI,
W PKT 28 DOPUŚCI OSTRE KOŃCE, ZAGIĘTE, DŁ. 11,5 CM

Odpowiedź na pytanie nr 73

Nie

Pytanie nr 74

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NOŻYCE KOSTNE CAND, DŁ. 14,5 CM
W PKT 30 DOPUŚCI

Odpowiedź na pytanie nr 74

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 75

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA KLESZCZYKI UNIVERSAL DO ZGINANIA, DŁ. 15,5 CM
W PKT 33 DOPUŚCI

Odpowiedź na pytanie nr 75

Nie

Pytanie nr 76

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OBCEGI UTWARDZ. CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTÓW I
W PKT 36 PRĘTÓW, DŁ. 15 CM

Odpowiedź na pytanie nr 76

Nie

Pytanie nr 77

PAKIET NR 3

CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ROZWIERACZ SAMOTRZYMAJĄCY DO RAN
W PKT 39 WEITLANER, OSTRY, 3X4 Z., DŁ. 13,5 CM

Odpowiedź na pytanie nr 77

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 78

Dotyczy pakiet nr 1, poz. 2-5: czy Zamawiający dopuści narzędzia o dł. 160mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Tak.

Pytanie nr 79



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Dotyczy pakiet nr 1, poz. 6: czy Zamawiający dopuści raspator szer. 5mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Tak

Pytanie nr 80

Dotyczy pakiet nr 1, poz. 9: czy Zamawiający dopuści hak operacyjny typ Farabeuf, wymiary 23x16mm/26x16mm oraz 27x16/mm/30x16mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

Dotyczy pakiet nr 1, poz. 15: czy Zamawiający dopuści hak operacyjny dł. 215mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Tak.

Pytanie nr 82

Dotyczy pakiet nr 1, poz. 23: czy Zamawiający dopuści szpatułkę jelitowo-brzuszną, szer.: 60/45mm, dł. 280mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Tak.

Pytanie nr 83

Dotyczy pakiet nr 1, poz. 28: czy Zamawiający dopuści kpl. wzierników ginekologicznych rozm. 90x40mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Tak.

Pytanie nr 84

Dotyczy pakiet nr 1, poz. 30: czy Zamawiający dopuści skrobaczkę ginekologiczną o dł. 285mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Pakiet nr 1: Poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę dł. 130mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 85

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 86

Pakiet nr 1. Poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 23x16, 26x16 i 27x16, 30x16, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 86

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet nr 1. Poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 40x40, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 87

Tak

Pytanie nr 88

Pakiet nr 1. Poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 28x20, 36x28, 49x38, 63x49 dł. 260 i 270mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 88

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89

Pakiet nr 1. Poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę 28x20 i 36x28 dł. 260mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 89

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90

Pakiet nr 1. Poz. 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę dł. 280mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 90

Tak.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 91

Pakiet nr 1. Poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę z kulką dł. 80mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 91

Tak

Pytanie nr 92

Pakiet nr 1. Poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę z kulką śr 2,0 i dł. 80mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 92

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93

Pakiet nr 1. Poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kpl wzierników 90x40 i 90x33mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 93

Tak.

Pytanie nr 94

Pakiet nr 1. Poz. 31: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik roz. 70x40mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 94

Tak

Pytanie nr 95

Pakiet nr 1. Poz. 61: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 180 lub 190mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 95

Tak



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 96

Pakiet nr 1. Poz. 62: Czy Zamawiający wyraża zgodę na spinak dł. 130 lub 140mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 96

Tak.

Pytanie nr 97

Pakiet nr 1. Poz. 63: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pudełko na igły 150x95x13mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 97

Tak.

Pytanie nr 98

Pakiet nr 1. Poz. 64: Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę z kulką dł. 80mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 98

Tak.

Pytanie nr 99

Pakiet nr 2. Poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 140 lub 160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 99

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100

Pakiet nr 2. Poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 140 lub 160mm, reszta parametrów bez zmian?



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie nr 100

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101

Pakiet nr 2.Poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pincetę dł. 140mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 101

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102

Pakiet nr 2.Poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pincetę dł. 140mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103

Pakiet nr 2.Poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 103

Tak

Pytanie nr 104

Pakiet nr 2.Poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 104

Tak

Pytanie nr 105



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2.Poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 125 lub 140mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 105

Tak

Pytanie nr 106

Pakiet nr 2.Poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 160mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 106

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107

Pakiet nr 2.Poz. 34, 35, 36, 37 i 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę dł. 170mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 107

Tak

Pytanie nr 108

Pakiet nr 2.Poz. 52, 53 i 54: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Kocher - nazwa własna, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 108

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109

Pakiet nr 2.Poz. 60: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 109



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Tak

Pytanie nr 110

Pakiet nr 2.Poz. 64: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt dł. 120mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 110

Tak

Pytanie nr 111

Pakiet nr 2.Poz. 66: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 270mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 111

Tak

Pytanie nr 112

Pakiet nr 2.Poz. 67: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 112

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 113

Pakiet nr 2.Poz. 68: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 250mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 113

Tak

Pytanie nr 114



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2.Poz. 69: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 180mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 114

Tak

Pytanie nr115

Pakiet nr 2.Poz. 70: Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę dł. 280mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 115

Tak

Pytanie nr 116

Pakiet nr 2.Poz. 72: Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę dł. 80mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 116

Tak

Pytanie nr 117

Pakiet nr 2.Poz. 73: Czy Zamawiający wyraża zgodę na igłę śr. 2,0 i dł. 80mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 117

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118

Pakiet nr 2.Poz. 77: Czy Zamawiający wyraża zgodę na miseczkę o poj. 0,07l, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 118



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119

Pakiet nr 2.Poz. 82: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum dł. 1100mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 119

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120

Pakiet nr 2.Poz. 84: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 190mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 120

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121

Pakiet nr 2.Poz. 85: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Overholt, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 121

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122

Pakiet nr 2.Poz. 86: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 122

Tak

Pytanie nr 123



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2.Poz. 87: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sondę dł. 320mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 123

Tak

Pytanie nr 124

Pakiet nr 2.Poz. 90: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pudełko 75x25x4,5mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 124

Tak

Pytanie nr 125

Pakiet nr 3.Poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt dł. 120mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 125

Tak

Pytanie nr 126

Pakiet nr 3.Poz. 11, 12, 13 i 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 150mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 126

Tak

Pytanie nr 127



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 3.Poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Allis, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 127

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128

Pakiet nr 3.Poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 180mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 128

Tak

Pytanie nr 129

Pakiet nr 3.Poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 120mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 129

Tak

Pytanie nr 130

Pakiet nr 3.Poz. 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do drutu średniego, 2mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 130

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 131

Pakiet nr 3.Poz. 34: Czy Zamawiający może podać numer katalogowy wymaganego asortymentu?

Odpowiedź na pytanie nr 131



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132

Pakiet nr 3.Poz. 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ręczki odkręcane, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 132

Nie.

Pytanie nr 133

Pakiet nr 3.Poz. 37: Czy Zamawiający może podać numer katalogowy wymaganego asortymentu?

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134

Pakiet nr 3.Poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak tępy, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 134

Nie

Pytanie nr 135

Pakiet nr 3.Poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz dł. 135mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 135

Tak

Pytanie nr 136



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 3.Poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze Overholt, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 136

Nie

Pytanie nr 137

Pakiet nr 3.Poz. 41: Czy Zamawiający może podać numer katalogowy wymaganego asortymentu?

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138

Dot. pakietu nr 2 - poz. 108 - kontener sterylizacyjny

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotowego kontenera, jakie są wymagane wymiary oraz czy ma być z koszem czy bez.

Odpowiedź na pytanie nr 138

Kontener narzędziowy do sterylizacji parowej pracujący w systemie otwartym (bez zaworów). Pokrywa z tworzywa termostabilnego z filtrami teflonowymi na min. 5000 cykli sterylizacji lub barierą przeciwbakteryjną. Wanna ze stopu aluminium o wym. 590 mm x 220 mm x 135 mm (+/- 5 mm).

Pytanie nr 139

Pakiet nr 1 Poz.1) Spinak o dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 139

Tak

Pytanie nr 140

Pakiet nr 1 Poz.2) Haczyk Joseph o dł. 160mm i głębokości 3mm, pozostałe parametry bez zmian lub haczyk o dł. 170mm, głębokości 6mm, pozostałe parametry bez zmian lub haczyk o dł. 160mm i głębokości 7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 140

Tak.

Pytanie nr 141



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 1 Poz.3) Haczyk Joseph o dł. 160mm (5x3mm), pozostałe parametry bez zmian lub haczyk o dł. 160mm (7x5mm), pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 141

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142

Pakiet nr 1 Poz.4,5) Haczyk o dł. 160mm (7x11mm), pozostałe parametry bez zmian lub haczyk o dł. 170mm (6x11mm), pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 142

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143

Pakiet nr 1 Poz.6) Raspator o szer.5mm lub 7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 143

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 144

Pakiet nr 1 Poz.7) Łyżeczka o śr.2mm i 3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 144

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 145

Pakiet nr 1 Poz.8) Łyżeczka o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 145

Tak

Pytanie nr 146

Pakiet nr 1 Poz.9) Hak o wym. 25x10mm/34x10mm oraz 28x10mm/37x10mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 146

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147

Pakiet nr 1 Poz.10) Hak 20x7mm i dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian lub hak 30x7mm i dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 147

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 148

Pakiet nr 1 Poz.11) Haczyk Joseph o dł. 160mm, rozm.5x3mm, pozostałe parametry bez zmian lub haczyk delikatny o dł. 160mm, z elastycznym shaftem, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 148

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149

Pakiet nr 1 Poz.12) Haczyk Joseph o dł. 160mm i szer.3mm, pozostałe parametry bez zmian.



Odpowiedź na pytanie nr 149

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 150

Pakiet nr 1 Poz.13) Haczyk o dł. 160mm, szer.7mm, bez nazwy, funkcjonalnie identyczny z wymaganym.



Odpowiedź na pytanie nr 150

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151

Pakiet nr 1 Poz.14) Hak Cottle wym. 12x13mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 151

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 152

Pakiet nr 1 Poz.15) Hak rozm. 9x28mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 152

Tak.

Pytanie nr 153



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 1 Poz.16) Hak o dł. 250mm, rozm. 40x40mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 153

Tak.

Pytanie nr 154

Pakiet nr 1 Poz.17) Hak o dł. 250mm, 60x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 154

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 155

Pakiet nr 1 Poz.18) Hak o dł. 260mm/280mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 155

Tak.

Pytanie nr 156

Pakiet nr 1 Poz.19) Łyżka o dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 156

Tak.

Pytanie nr 157

Pakiet nr 1 Poz.20,21) Ubijak o dł. 160mm bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczny z wymaganym.

Odpowiedź na pytanie nr 157

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 158

Pakiet nr 1 Poz.22) Ubijak Caspar śr.7mm i dł. 160mm.

Odpowiedź na pytanie nr 158

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 159

Pakiet nr 1 Poz.23) Szpatałka szer.60/45mm i dł. 280mm lub 290mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 159

Tak.

Pytanie nr 160



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 1 Poz.24) Igła o dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 160

Tak.

Pytanie nr 161

Pakiet nr 1 Poz.25) Igła z kulką śr.2mm dł. 80mm.

Odpowiedź na pytanie nr 161

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 162

Pakiet nr 1 Poz.26,27) Kaniula chromowo-niklowa, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 162

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163

Pakiet nr 1 Poz.28) Wzierniki o dł. 215mm rozm.90x40mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 163

Tak.

Pytanie nr 164

Pakiet nr 1 Poz.29) Klem o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 164

Tak.

Pytanie nr 165

Pakiet nr 1 Poz.30) Skrobaczka o dł. 245mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 165

Tak.

Pytanie nr 166

Pakiet nr 1 Poz.31) Wziernik o rozm. 70x40mm i dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 166

Tak.

Pytanie nr 167



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 1 Poz.62) Spinak o dł. 130mm Backhaus, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 167

Tak.

Pytanie nr 168

Pakiet nr 1 Poz.63) Pudełko rozm. 150x95x13mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 168

Tak.

Pytanie nr 169

Pakiet nr 1 Poz.64) Igła o dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 169

Tak.

Pytanie nr 170

Pakiet nr 2 Poz.1,2) Kleszczyki o dł. 140mm lub 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 170

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 171

Pakiet nr 2 Poz.9) Nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 171

Tak.

Pytanie nr 172

Pakiet nr 2 Poz.13) Nożyczki Lexer-Baby o dł. 100mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 172

Tak.

Pytanie nr 173

Pakiet nr 2 Poz.19) Imadło o dł. 135mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 173

Tak.

Pytanie nr 174



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2 Poz.31) Hak rozm. 50x10mm o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 174

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 175

Pakiet nr 2 Poz.32) Raspator szer.5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 175

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 176

Pakiet nr 2 Poz.33) Raspator o szer.7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 176

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 177

Pakiet nr 2 Poz.34,35,36,37,38,39) Łyżeczka o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 177

Tak.

Pytanie nr 178

Pakiet nr 2 Poz.50) Odgryzacz Friedmann o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 178

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 179

Pakiet nr 2 Poz.51) Odgryzacz o dł. 180mm i szer.7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 179

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 180

Pakiet nr 2 Poz.55) Kleszcze o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 180

Tak.

Pytanie nr 181



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2 Poz.57) Odgryzacz o dł. 210mm i szer. 8mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 181

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 182

Pakiet nr 2 Poz.59) Kleszcze o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 182

Tak.

Pytanie nr 183

Pakiet nr 2 Poz.60) Nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 183

Tak.

Pytanie nr 184

Pakiet nr 2 Poz.62) Uchwyt o dł. 210mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 184

Tak.

Pytanie nr 185

Pakiet nr 2 Poz.65) Kleszczyki o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 185

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 186

Pakiet nr 2 Poz.66) Kleszczyki o dł.270mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 186

Tak.

Pytanie nr 187

Pakiet nr 2 Poz.67) Nożyczki o dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 187

Tak.

Pytanie nr 188



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2 Poz.69) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 188

Tak.

Pytanie nr 189

Pakiet nr 2 Poz.70) Szpatałka 60845mm i dł. 290mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 189

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 190

Pakiet nr 2 Poz.71) Kleszcze o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 190

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 191

Pakiet nr 2 Poz.72) Igła śr.1,2mm i dł.80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 191

Tak.

Pytanie nr 192

Pakiet nr 2 Poz.73) Igła śr.2mm i dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 192

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 193

Pakiet nr 2 Poz.74,75) kaniula chromowo-niklowa, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 193

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 194

Pakiet nr 2 Poz.76) Nożyce Hegeman-Dietrich, dł. 180mm, kąt 45 stopni, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 194

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 195



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2 Poz.77) Miseczka 6x3cm, poj.0,06l.

Odpowiedź na pytanie nr 195

Tak.

Pytanie nr 196

Pakiet nr 2 Poz.84) kleszczyki Halsted (Adson) o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 196

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 197

Pakiet nr 2 Poz.85) Kleszczyki o dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 197

Tak.

Pytanie nr 198

Pakiet nr 2 Poz.86) Kleszczyki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 198

Tak.

Pytanie nr 199

Pakiet nr 2 Poz.87) Sonda o dł. 320mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 199

Tak.

Pytanie nr 200

Pakiet nr 2 Poz.88) Sonda o śr. 3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 200

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 201

Pakiet nr 2 Poz.94) Imadło o dł. 135mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 201

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 202



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2 Poz.103) Raspator o szer. 5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 202

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 203

Pakiet nr 2 Poz.105) Odgryzacz Friedmann o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 203

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 204

Pakiet nr 2 Poz.107) Imadło Crile-Wood, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 204

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 205

Pakiet nr 2 Poz.109,110,111,113,115) Osteotom o dł.240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 205

Tak.

Pytanie nr 206

Pakiet nr 2 Poz.112) Osteotom o szer.12mm i dł.240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 206

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 207

Pakiet nr 2 Poz.114) Osteotom o szer. 20mm i dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 207

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 208

Pakiet nr 2 Poz.116) Raspator o szer. 5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 208

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 209



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 2 Poz.117) Raspator o szer.7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 209

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 210

Pakiet nr 3 Poz.1) Uchwyt skalpela nr 3 o dł. 120mm.

Odpowiedź na pytanie nr 210

Tak.

Pytanie nr 211

Pakiet nr 3 Poz.2) Uchwyt skalpela nr 4 dł. 125mm.

Odpowiedź na pytanie nr 211

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 212

Pakiet nr 3 Poz.3,4,5,6) Pęseta standardowa, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 212

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 213

Pakiet nr 3 Poz.11,12) Nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Mayo, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 213

Tak.

Pytanie nr 214

Pakiet nr 3 Poz.13,14) Nożyczki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 214

Tak.

Pytanie nr 215

Pakiet nr 3 Poz.20) kleszczyki Allis o dł. 150m, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 215

Tak.

Pytanie nr 216



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 3 Poz.21) imadło Baby Crile-Wood, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 216

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 217

Pakiet nr 3 Poz.22) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 217

Tak.

Pytanie nr 218

Pakiet nr 3 Poz.24) Imadło o dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 218

Tak.

Pytanie nr 219

Pakiet nr 3 Poz.25) pęseta o dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 219

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 220

Pakiet nr 3 Poz.26) Pęseta o dł. 120mm, szer.0,3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 220

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 221

Pakiet nr 3 Poz.28) Nożyczki o dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 221

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 222

Pakiet nr 3 Poz.30) Kleszcze o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 222

Tak.

Pytanie nr 223



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pakiet nr 3 Poz.31) Odgryzacz o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 223

Tak.

Pytanie nr 224

Pakiet nr 3 Poz.33) Kleszcze o dł. 130mm, śr. drutu miękkiego 1,6mm i drutu twardego 1,2mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 224

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 225

Pakiet nr 3 Poz.35) Kleszcze o dł. 450mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 225

Tak.

Pytanie nr 226

Pakiet nr 3 Poz.36) Kleszcze o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 226

Tak.

Pytanie nr 227

Pakiet nr 3 Poz.37) Kleszcze o dł. 215mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 227

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 228

Pakiet nr 3 Poz.38) Hak o dł. 105mm, ostry lub tępy, pozostałe parametry bez zmian lub hak o dł. 105mm, identyczny z wymaganym.

Odpowiedź na pytanie nr 228

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 229

Pakiet nr 3 Poz.41) Kleszczyki o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 229

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 230

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.2-5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania haczyki operacyjne o długości 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 230

Tak.

Pytanie nr 231

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania raspator o szerokości 6,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 231

Tak.

Pytanie nr 232

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżeczkę kostną o długości 135mm i średnicy główek 2,6mm i 3,1mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 232

Tak.

Pytanie nr 234

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżeczkę kostną o długości 135mm i szerokości główek 2,5mm i 3mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 234

Tak.

Pytanie nr 235

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hak siodełkowy o długości 155mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 235

Tak.

Pytanie nr 236

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hak operacyjny o długości 230mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 236

Tak.

Pytanie nr 237

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hak operacyjny o długości 250mm i wymiarach 40x40[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 237

Tak.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 238

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hak operacyjny o długości 250mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 238

Tak.

Pytanie nr 239

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw haków operacyjnych o długości 260mm oraz 280mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 239

Tak.

Pytanie nr 240

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hak operacyjny o długości 260mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 240

Tak.

Pytanie nr 241

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szpatułkę o długości 280mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 241

Tak.

Pytanie nr 242

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę o długości 80mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 242

Tak.

Pytanie nr 243

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę o długości 80mm i średnicy 2,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 243

Tak.

Pytanie nr 244

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komplet wzierników ginekologicznych o wymiarach 90x40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 244

Tak.

Pytanie nr 245



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania klem jelitowy o długości 220mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 245

Tak.

Pytanie nr 246

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skrobaczkę ginekologiczną o długości 260mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 246

Tak.

Pytanie nr 247

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wziernik ginekologiczny o wymiarach 70x40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 247

Tak.

Pytanie nr 248

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.61

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 248

Tak.

Pytanie nr 249

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.62

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania spinak do serwet o długości 130mm i nazwie handlowej Backhaus, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 249

Tak.

Pytanie nr 249

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 1, LP.63

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pudełko na igły o wymiarach 150x95x13[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 249

Tak.

Pytanie nr 250

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 140mm i nazwie handlowej Ochsner -Kocher, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 250

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 251



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 160mm i nazwie handlowej Ochsner -Kocher, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 251

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 252

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 140mm i nazwie handlowej Ochsner -Kocher, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 252

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 253

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 160mm i nazwie handlowej Ochsner -Kocher, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 253

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 254

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 254

Tak.

Pytanie nr 255

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki o długości 100mm i nazwie handlowej Knapp, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 255

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 256

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania raspator o szerokości 6,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 256

Tak.

Pytanie nr 257

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.32-39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżeczki kostne o długości 170mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 257

Tak.

Pytanie nr 258



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.50

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania odgryzacz kostny o długości 140mm i nazwie handlowej Friedmann, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 258

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 259

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.51-52

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania odgryzacz kostny o długości 170mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 259

Tak.

Pytanie nr 260

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.55

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze o długości 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 260

Tak

Pytanie nr 261

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.58

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszczyki o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 261

Tak.

Pytanie nr 262

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.59

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 262

Tak.

Pytanie nr 263

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.60

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nożyczki o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 263

Tak.

Pytanie nr 264

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.66

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszczyki o długości 270mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 264

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 265



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.68

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 250mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 265

Tak.

Pytanie nr 266

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.69

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania imadło o długości 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 266

Tak.

Pytanie nr 267

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.70

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szpatułkę o długości 280mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 267

Tak.

Pytanie nr 268

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.83

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 268

Tak.

Pytanie nr 269

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.84

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 269

Tak.

Pytanie nr 270

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.85

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 210mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 270

Tak.

Pytanie nr 271

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.90

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pudełko na igły o wymiarach 75x25x4,5[mm], pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 271

Tak.

Pytanie nr 272



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.103

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania raspator o szerokości 6,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 272

Tak.

Pytanie nr 273

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.105

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania odgryzacz kostny o długości 140mm i nazwie handlowej Friedmann, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 273

Nie.

Pytanie nr 274

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.108

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener sterylizacyjny z wanną o wymiarach 580 x 280 x 200 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 274

Nie.

Pytanie nr 275

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.109-115

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osteotom o długości 240mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 275

Tak.

Pytanie nr 276

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.113

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osteotom o szerokości 16mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 276

Tak.

Pytanie nr 277

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2, LP.116

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania raspator o szerokości 6,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 277

Tak.

Pytanie nr 278

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.7-8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 278

Tak.

Pytanie nr 279



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.11-12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 279

Tak.

Pytanie nr 280

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.17-18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o nazwie handlowej Ochsner -Kocher, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 280

Nie.

Pytanie nr 281

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 281

Tak.

Pytanie nr 282

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania imadło o długości 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 282

Tak.

Pytanie nr 283

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania imadło o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 283

Tak.

Pytanie nr 284

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 284

Tak.

Pytanie nr 285

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki o długości 105mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 285

Tak.

Pytanie nr 286



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania odgryzacz kostny o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 286

Tak.

Pytanie nr 287

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania odgryzacz kostny o długości 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 287

Tak.

Pytanie nr 288

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze o długości 150mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 288

Tak.

Pytanie nr 289

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hak operacyjny o długości 100mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 289

Tak.

Pytanie nr 290

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 290

Tak.

Pytanie nr 291

dotyczy: załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, LP.43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki o długości 120mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 291

Tak.

Pytanie nr 292

dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 11

Czy zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne wg Mayo-Stille, zagięte o dł. 150mm?

Odpowiedź na pytanie nr 292

Tak.

Pytanie nr 293



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 12

Czy zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne wg Mayo-Stille, proste o dł.150mm?

Odpowiedź na pytanie nr 293

Tak.

Pytanie nr 294

dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 20

Czy zamawiający dopuści kleszczyki typ Boys-Allis,5x6 ząbków, o dł.150mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 294

Tak.

Pytanie nr 295

dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 21

Czy zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ. Crille –Wood o dł. 15cm lub imadło Hegar Baumgartner o dł. 14 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 295

Nie.

Pytanie nr 296

dotyczy pakietu nr 3 poz. nr 22

Czy zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Mayo-Hegar, szczęki z wgłębieniem, ząbkowane krzyżowo dł. 180 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 296

Tak.

Pytanie nr 297

dotyczy pakietu nr 3 poz.24

Czy zamawiający dopuści imadło chirurgiczne wg Derf, z wcięciem, szczęki ząbkowane poprzecznie o dł. 130mm?

Odpowiedź na pytanie nr 297

Tak.

Pytanie nr 298

dotyczy pakietu nr 3 poz.25

Czy zamawiający dopuści pincetę mikrochirurgiczną prosta,szer. Końcówki 0,2 mm o dł. 120 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 298

Nie.

Pytanie nr 299

dotyczy pakietu nr 3 poz.26

Czy zamawiający dopuści pincetę mikrochirurgiczną, zagięta,1x2 ząbka,szer. Końcówki 0,4 mm o dł. 10 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 299

Nie.

Pytanie nr 300

dotyczy pakietu nr 3 poz.28



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Czy zamawiający dopuści nożyczki delikatne ,zagięte ,końce ostre o dł.10,5cm lub 11,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 300

Nie.

Pytanie nr 301

dotyczy pakietu nr 3 poz.30

Czy zamawiający dopuści kleszcze do ciecicia kości, szczęki zagięte o dł.14cm?

Odpowiedź na pytanie nr 301

Tak.

Pytanie nr 302

dotyczy pakietu nr 3 poz.35

Czy zamawiający dopuści kleszcze do ciecicia drutu Kirschnera do sr.6mm o dł.45 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 302

Tak.

Pytanie nr 303

dotyczy pakietu nr 3 poz.36

Czy zamawiający dopuści kleszcze z przekładnią do ciecicia drutu twardego do śred.1,5 mm, drutu miękkiego do średn.2mm, tnące czołowo, ostrze utwardzone o dł. 15 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 303

Tak.

Pytanie nr 304

dotyczy pakietu nr 3 poz.38

Czy zamawiający dopuści hak operacyjny, automatyczny wg Weitlaner, ostry, 2x3 zęby o dł 10,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 304

Nie.

Pytanie nr 305

dotyczy pakietu nr 3 poz.41

Czy zamawiający dopuści kleszczyki preparacyjne typ Overholt-Geissendoerfer, odgięte o dł. 21 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 305

Nie.

Pytanie nr 306

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych :

a) w razie opóźnienia w dostawie lub braków ilościowych – w wysokości 0,3% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów za każdy dzień opóźnienia, chyba że towary nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towarów**

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów**



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.

Odpowiedź na pytanie nr 306

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 307

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.2,3,4,5 dopuści do zaoferowania równoważny haczyk operacyjny STANDARD, jednozębny, ostry, mocno zagięty, dł. 16 cm, o bardzo zbliżonych rozmiarach łopatek, jednak bez wymogu podawania ich rozmiaru gdyż Producent nie podaje tego w swoim katalogu?

Odpowiedź na pytanie nr 307

Tak.

Pytanie nr 308

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr. 6 dopuści do zaoferowania równoważny raspator WILLIGER o szerokości, 6,5mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 308

Tak.

Pytanie nr 309

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.7 dopuści równoważną łyżeczkę kostną dwustronną MARTINI, dł. 13,5 cm, główki okrągłe o śr. 2,6 i 3,1mm?

Odpowiedź na pytanie nr 309

Tak.

Pytanie nr 310

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.8 dopuści równoważną łyżeczkę kostną dwustronną WILLIGER, dł. 13,5 cm, główki owalne o śr. 2,5 i 3,0mm?

Odpowiedź na pytanie nr 310

Tak.

Pytanie nr 311

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.9 dopuści równoważny zestaw haków FARABEUF o dł.15 cm i wym. 23x16/26x16mm i 27x16/30x16mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 311

Nie.

Pytanie nr 312



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.11 dopuści do zaoferowania równoważny hak MANNERFELT, o bardzo zbliżonych rozmiarach, jednak bez wymogu podawania ich rozmiaru gdyż producent nie podaje tego w swoim katalogu?

Odpowiedź na pytanie nr 312

Tak.

Pytanie nr 313

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.14 równoważny hak siodełkowy DESMARRES, dł. 14 cm, szerokość 12mm, o bardzo zbliżonych rozmiarach, jednak bez podawania wysokości łopatki ze względu na brak takiej informacji w katalogu Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 313

Nie.

Pytanie nr 314

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.16 dopuści do zaoferowania równoważny hak ISRAEL o wym.łopatki 40x40mm, tępy, dł. 25 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 314

Tak.

Pytanie nr 315

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.17 dopuści do zaoferowania równoważny hak ISRAEL o dł. 25 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 315

Tak.

Pytanie nr 316

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.18 dopuści do zaoferowania równoważny komplet haków obustronnych RICHARDSON-EASTMAN o wym. 40x37/65x43mm i 24x22mm/30x30mm, dł. 25/27cm?

Odpowiedź na pytanie nr 316

Tak.

Pytanie nr 317

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.19 dopuści do zaoferowania równoważny hak obustronny RICHARDSON-EASTMAN o wym. 24x22mm/30x30mm, dł. 25 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 317

Tak.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 318

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.23 dopuści do zaoferowania równoważną łyżkę jelitową REVERDIN o dł.28,5 cm, podwójnie zakrzywioną i owalną, o bardzo zbliżonych rozmiarach jednak bez wymogu podawania szerokości ze względu na brak takiej informacji w katalogu Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 318

Nie.

Pytanie nr 319

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.24 dopuści do zaoferowania równoważną igłę z kulką o śr.1,2mm i dł. 80mm?

Odpowiedź na pytanie nr 319

Tak.

Pytanie nr 320

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.25 dopuści do zaoferowania równoważną igłę z kulką o śr.1,5mm i dł. 80mm?

Odpowiedź na pytanie nr 320

Nie.

Pytanie nr 321

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr. 28 dopuści do zaoferowania równoważny komplet wzierników KALLMORGEN o wym.90x40/95x33mm, o bardzo zbliżonej długości, jednak bez wymogu podawania długości ze względu na brak takiej informacji w katalogu Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 321

Tak.

Pytanie nr 322

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr.29 dopuści do zaoferowania równoważny klem jelitowy KOCHER o dł.22 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 322

Tak.

Pytanie nr 323

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.30 dopuści do zaoferowania równoważną skrobaczkę ginekologiczną SIMS o szerokości 14,5mm, dł. 25 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 223



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Nie.

Pytanie nr 324

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr. 31 dopuści do zaoferowania równoważny komplet wzierników KALLMORGEN o wym. 70x40/75x33mm, o bardzo zbliżonej długości, jednak bez wymogu podawania długości ze względu na brak takiej informacji w katalogu Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 324

Tak.

Pytanie nr 325

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.61 dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki MIKULICZ o dł. 20 cm lub 18 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 325

Tak.

Pytanie nr 326

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.62 dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki do serwet BACKHAUS o dł. 13 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 326

Tak.

Pytanie nr 327

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.63 dopuści do zaoferowania równoważne pudełko na igły, ze stali nierdzewnej z pokrywą o wym. 150x95x13mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 327

Tak.

Pytanie nr 328

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający w pozycji nr.64 dopuści do zaoferowania równoważną igłę z kulką o śr. 1,2mm i dł. 80mm?

Odpowiedź na pytanie nr 328

Tak.

Pytanie nr 329

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.1 dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki KOCHER o dł. 16 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 329



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Nie.

Pytanie nr 330

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.9 dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki MAYO-STILLE o dł. 14,5 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 330

Tak.

Pytanie nr 331

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w poz.13 dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki KNAPP, wszystkie parametry identyczne?

Odpowiedź na pytanie nr 331

Nie.

Pytanie nr 332

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.29 dopuści do zaoferowania równoważną dźwignię kostną BUCK-GRAMCKO o szer.2mm, szerokości u podstawy 7,5mm i dł.15 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 332

Nie.

Pytanie nr 333

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.32 dopuści do zaoferowania równoważną raspator WILLIGER o szer. 6,5mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 333

Tak.

Pytanie nr 334

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.34 dopuści do zaoferowania równoważną łyżeczkę kostną BRUNS o szer.3,3mm i dł.17 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 334

Nie.

Pytanie nr 335

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.35 dopuści do zaoferowania równoważną łyżeczkę kostną BRUNS o szer.4,8mm i dł.17 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 336

Nie.

Pytanie nr 337



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.36 dopuści do zaoferowania równoważną łyżeczkę kostną BRUNS o szer.5,8mm i dł.17 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 337

Nie.

Pytanie nr 338

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.37 dopuści do zaoferowania równoważną łyżeczkę kostną BRUNS o szer.7,3mm i dł.17 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 338

Nie.

Pytanie nr 339

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.38 dopuści do zaoferowania równoważną łyżeczkę kostną BRUNS o szer.8,3mm i dł.17 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 339

Nie.

Pytanie nr 340

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.39 dopuści do zaoferowania równoważną łyżeczkę kostną BRUNS o szer.10,2mm i dł.17 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 340

Nie.

Pytanie nr 341

Dotyczy Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji nr.50 dopuści do zaoferowania równoważny odgryzacz kostny LUER-FRIEDMANN o dł.14 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 341

Tak.

Pytanie nr 342

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.52 dopuści do zaoferowania równoważny odgryzacz kostny LUER o szerokości 8mm oraz dł.18,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 342

Nie.

Pytanie nr 343

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.55 dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki KOCHER-OCHSNER o dł. 18 cm, reszta parametrów bez zmian?



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie nr 343

Tak.

Pytanie nr 344

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.57 dopuści do zaoferowania równoważny odgryzacz kostny ADSON, szerokość 8mm i dł.20,5 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 344

Nie.

Pytanie nr 345

Dotyczy Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji nr.59 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze do cięcia drutu o dł.15 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 345

Tak.

Pytanie nr 346

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.62 dopuści do zaoferowania równoważny trzonek do skalpela 4L o dł.21 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 346

Tak.

Pytanie nr 347

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.66 dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki OVERHOLT-GEISSENDOERFER o dł.27 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 347

Tak.

Pytanie nr 348

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.67 dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki METZENBAUM, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 348

Nie.

Pytanie nr 349

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.68 dopuści równoważne kleszczyki ALLIS o dł.25 cm, atraumatyczne według wzoru DE BAKEY, bez podawania szerokości ze względu na brak takiej informacji w katalogu Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 349

Nie.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 350

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.69 dopuści do zaoferowania imadło MAYO-HEGAR o dł. 18 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 350

Tak.

Pytanie nr 351

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.70 dopuści do zaoferowania równoważną łyżkę jelitową REVERDIN o dł.28,5 cm, podwójnie zakrzywioną i owalną, o bardzo zbliżonych rozmiarach jednak bez wymogu podawania szerokości ze względu na brak takiej informacji w katalogu Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 351

Nie.

Pytanie nr 352

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.72 dopuści do zaoferowania równoważną igłę z kulką o śr.1,2mm i dł. 80mm?

Odpowiedź na pytanie nr 352

Tak.

Pytanie nr 353

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.73 dopuści do zaoferowania równoważną igłę z kulką o śr.1,5mm i dł. 80mm?

Odpowiedź na pytanie nr 353

Nie.

Pytanie nr 354

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.76 dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki kątowe POTTS-SMITH, kąt 45 stopni, dł. 18,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 354

Nie.

Pytanie nr 355

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.77 dopuści do zaoferowania równoważną miskę stalową, okrągłą o poj.0,06L, wym.6,1x3,0cm?

Odpowiedź na pytanie nr 355

Tak.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 356

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.85 dopuści do zaferowania równoważne kleszczyki OVERHOLT-GEISSENDOERFER o dł. 21 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 356

Tak.

Pytanie nr 357

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.86 dopuści równoważne kleszczyki ALLIS o dł. 15 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 357

Tak.

Pytanie nr 358

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.87 dopuści do zaferowania równoważną sondę maciczną SIMS o dł. 32 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 358

Tak.

Pytanie nr 359

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.89 dopuści do zaferowania równoważną sondę o dł.40 cm, giętką, dwustronną, o bardzo zbliżonych rozmiarach jednak bez wymogu podawania jej średnicy ze względu na brak takiej informacji w katalogu Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 359

Nie.

Pytanie nr 360

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.90 dopuści do zaferowania pudełko stalowe na igły chirurgiczne o wym.75x25x4,5mm?

Odpowiedź na pytanie nr 360

Tak.

Pytanie nr 361

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.101 dopuści do zaferowania równoważną dźwignię kostną BUCK-GRAMCKO o szer.2mm, szerokości u podstawy 7,5mm i dł.15 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 361

Nie.

Pytanie nr 362

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.103 dopuści do zaferowania równoważną raspator WILLIGER o szer. 6,5mm, reszta parametrów bez zmian?



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie nr 362

Nie.

Pytanie nr 363

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.105 dopuści do zaoferowania równoważny odgryzacz kostny LUER-FRIEDMANN o dł.14 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 363

Tak.

Pytanie nr 364

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.113 dopuści do zaoferowania osteotom LAMBOTTE, szerokości 16mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 364

Tak.

Pytanie nr 365

Dotyczy Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji nr.116 dopuści do zaoferowania równoważną raspator WILLIGER o szer. 6,5mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 365

Tak.

Pytanie nr 366

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.9 dopuści równoważne nożyczki LISTER o dł. 14,5 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 366

Tak.

Pytanie nr 367

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.12 dopuści równoważne nożyczki MAYO-STILLE o dł. 14,5 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 367

Tak.

Pytanie nr 368

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.20 dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki BOYS-ALLIS o dł. 15 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 368

Tak.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 369

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.22 dopuści do zaoferowania imadło MAYO-HEGAR o dł. 18 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 369

Tak.

Pytanie nr 370

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.24 dopuści równoważne imadło DERF o dł. 12 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 370

Tak.

Pytanie nr 371

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.29 dopuści do zaoferowania równoważny uchwyt wiertarski z przyłączem JACOBS oraz kluczem bez podawania długości ze względu na fakt, iż wszystkie dostępne na rynku uchwyty tego typu mają długość 14-15cm, a Producent nie podaje tej długości w katalogu.

Odpowiedź na pytanie nr 371

Tak.

Pytanie nr 372

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.30 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze do cięcia kości LISTON, zakrzywione o dł. 14 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 372

Tak.

Pytanie nr 373

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.31 dopuści do zaoferowania równoważny odgryzacz kostny o dł. 15 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 373

Tak.

Pytanie nr 374

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.33 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze do drutu o dł.16 cm, dedykowane do drutu miękkiego o śr.2mm i twardego o śr.2mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 374

Tak.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 375

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.34 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze do drutu, o bardzo zbliżonych rozmiarach, jednak bez podawania szerokości końcówki ściętej gdyż brak takiej informacji w katalogu Producenta, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 375

Tak.

Pytanie nr 376

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.36 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze do cięcia drutu o dł.15 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 376

Tak.

Pytanie nr 377

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.37 dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze do cięcia drutu, tnące do góry, utwardzane wkładką węglową, do drutu miękkiego 3mm i twardego 2,5mm, dł. 22 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 377

Tak.

Pytanie nr 378

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający w pozycji nr.38 dopuści do zaoferowania równoważny hak automatyczny WEITLANER, dł. 10,5cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 378

Tak.

Pytanie nr 379

Czy zamawiający umieszczając gwiazdkę jako odnośnik dotyczący dodatkowej informacji w formularzu asortymentowo-cenowym opisującej przedmiot zamówienia miał na myśli dopuszczalną tolerancję wymiarów +/- 10 %?

Odpowiedź na pytanie 379

Nie.

Pytanie nr 380

(Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy - Pakiet nr 1 - 3)

Czy Zamawiający dopuści tolerancję w długości narzędzi +/- 0,5 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 380

Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości narzędzi opisanych w Pakietach od nr 1 do 3 zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami na pytania.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* stanowią integralną część *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Pozostałe warunki i zapisy *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* pozostają bez zmian.

**p.o. DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

mgr Marek Walewski

**w/z
p.o. Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Dr n. med. Sławomir Milka**

Wyk. w 1 egz.
dokumentacja postępowania ZP/PN/4/2016
Zamieszczono na stronie internetowej