



Zawiercie 25.05.2023r

Do wszystkich wykonawców

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści audiometr pracujący jako dostawka do komputera (podłączany przez USB), bez zasilacza zewnętrznego. Wyświetlanie wyników na monitorze komputera, pamięć wyników w bazie danych na komputerze (nieograniczona ilość badań, nieograniczona ilość pacjentów). Sterowanie audiometrem odbywa się poprzez przyciski na klawiaturze komputera, wydruk przez komputer?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane parametry zgodne z załącznikiem nr 1 - formularzem asortymentowo – cenowym.