

Zawiercie 30.06.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na dostawę 2 szt. płuczko-dezynfektorów nr sprawy DZP/BZU/207/2022

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania:

1. Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności basen lub 3 kaczki na jednorazowy wsad przy procesie nie dłuższym niż 7 min?
2. Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści wysokowydajną, energooszczędną pompę wody o mocy 1,01 kW i wydajności 170 l/min? Proponowana pompa wody odznacza się lepszą wydajnością niż parametr wymagany co bezpośrednio przekłada się na polepszenie procesu mycia naczyń sanitarnych.
3. Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1150 mm x szer.: 450 mm x gł.: 555 mm?
4. Dot. pkt. 31- Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie na znacznie tańszą eksploatację urządzenia. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał suszenia nawiewowego strumieniem powietrza myjnia, zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1 powinna być wyposażona w filtr HEPA klasy min. H14

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach innych niż podane w opisie.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o innych parametrach niż podane w opisie.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza obok opisanego w SWZ.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga urządzenia wyposażonego w konwekcyjny system suszenia.

Z UP. DYREKTORA SZPITALA
Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU
mgr inż. Iwona Sroga