

## SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: [szpital@szpitalzawiercie.pl](mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl)

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

**Znak postępowania ZP/PN/14/2016**

Zawiercie, dnia 12 kwietnia 2016 r.

### ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 40 350

Faks: 32 67 21 532

e-mail: [inwestycje@szpitalzawiercie.pl](mailto:inwestycje@szpitalzawiercie.pl)

### WYKONAWCY

#### biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym ZP/PN/14/2016 na dostawę pn. „*Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu*” do **ZAMAWIAJĄCEGO** złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* zawierające pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela odpowiednio niżej wymienionych wyjaśnień - odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Pakiet 1 – Defibrylator z kardiowersją

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 2**

Pakiet 1 – Defibrylator z kardiowersją

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością obserwacji max.2 krzywych ekg (I,II,III, aVR, aVL, aVF, Vn) za pomocą 5 odprowadzeniowego przewodu ekg?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 3**

Pakiet 1 – Defibrylator z kardiowersją

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z modulem ciśnienia NIBP z zakresem pomiarowym ciśnienia statycznego do 300 mmHg?

Odpowiedź na pytanie nr 3  
Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 4**

Pytanie nr 1, dot. punktu 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Defibrylator z możliwością ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie od 20 do 295 u./min, zakres pomiaru HR min. od 20 do 295 u./min.?

Zaproponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 4  
Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 5**

Pytanie nr 2, dot. punktu 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Defibrylator z możliwością zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg z ostatnich 6 godzin monitorowania oraz zapisu 250 zdarzeń przy utrzymaniu parametru możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty SD?

Odpowiedź na pytanie nr 5  
Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 6**

Pytanie nr 3, dot. punktu 17:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Defibrylator z modulem NIBP z zakresem pomiaru przetwornika 0-300 mmHg, sposobem pomiaru ręcznym, automatycznym lub ciągłym z czasem repetycji pomiaru w zakresie 1-90 min.?

Odpowiedź na pytanie nr 6  
Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy zadania I, Defibrylator z Kardiowersją:

Czy zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator LIFEPAK 20e, który posiada defibrylację ręczną, AED oraz kardiowersję, Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED, dwufazowa fala defibrylacji w zakresie 2 – 360 J, 25 poziomów energii (2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,360), czas ładowania do energii 200J poniżej 5 sekund, łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne, możliwość używania łyżek do defibrylacji wewnętrznej, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości 320 x 240 pikseli, z możliwością wyświetlania 2 krzywych dynamicznych na ekranie monitora, zasilanie z sieci 230 V AC oraz wewnętrznego akumulatora, z możliwością wykonania 140 defibrylacji z energią 360 J przy w pełni naładowanym akumulatorze, o wadze 6,6 kg wraz z akumulatorem, łyżkami twardymi i kablami do terapii, z wbudowaną drukarką termiczną, z szybkością wydruku 25 mm/s z dokładnością +-5%, z papierem o wymiarach 50 mm, z możliwością archiwizowania i

drukowania wszystkich rejestrowanych danych, z sygnalizacją wszystkich monitorowanych parametrów, z regulacją granicznych wartości alarmów.

Odpowiedź na pytanie nr 7  
Dopuszcza ale nie wymaga.

#### **Pytanie nr 8**

Pytanie oferenta do pakietu nr 1

Czy Zamawiający w świetle wszystkich wymogów technicznych do defibrylatora z kardiowersją w punkcie 12 tabelki z opisem technicznym zamiast słowa „stymulacja” wymaga frazy „ciśnienie nieinwazyjne NIBP” z tego powodu, że stymulacja nie jest nigdzie opisana a pomiar ciśnienia NIBP jest opisany w punkcie 17 tabelki i czy w związku z tym Zamawiający de facto wymaga następującego opisu w punkcie 12 tabeli:

„Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami ( defibrylacja, kardiowersja, ciśnienie nieinwazyjne NIBP, EKG/Resp, saturacja, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych poniżej 7 kg”

Odpowiedź na pytanie nr 8  
Tak, wymaga.

#### **Pytanie nr 9**

Dotyczy parametrów technicznych myjni, pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie zgodne z normą PN EN 15883 wyposażone w system zapewniający skuteczne mycie kanałów endoskopów jak i powierzchni zewnętrznych bez konieczności indywidualnych podłączeń do gniazd zaworów?

Odpowiedź na pytanie nr 9  
Dopuszcza.

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy parametrów technicznych myjni, pkt. 22 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie realizujące proces bez dodatkowego płukania pomiędzy procesem mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Pytanie nie dotyczy pkt 22. Zamawiający w Załączniku nr 10 do SIWZ w pakiecie nr 3 - *Myjnia automatyczna do endoskopów* w pkt 22 Wymaga spełnienia warunku „Płukania pomiędzy procesem mycia i dezynfekcji”. Płukanie jest zatem procesem podstawowym między myciem a dezynfekcją, a nie procesem dodatkowym.

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy parametrów technicznych myjni, pkt. 27 – Prosimy o podanie ilości i typów endoskopów posiadanych przez Zamawiającego, które mają być oznakowane w tym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dysponuje następującymi endoskopami:

Olympus – videogastroskop GIFQ165 nr seryjny 2703260

Olympus – wideokolonoskop GIFQ165L nr seryjny 2101680

Olympus – wideokolonoskop GIFQ165L nr seryjny 2303726

Pentax – videogastroskop EG-29-i10 nr seryjny A 112599

Pentax – videogastroskop EG-29-i10 nr seryjny A 110479  
Pentax – videokolonoskop EC34-i1OF nr seryjny A 110285  
Pentax – videokolonoskop EC34-i1OF nr seryjny A 110279  
Pentax – videoduodenoskop ED34-i1OT nr seryjny A 110479

#### **Pytanie nr 12**

Dotyczy – Załącznika nr 2 – Formularz cenowy dla Pakietu 3 – Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie wierszy dla wyposażenia niemedyycznego myjni (skaner, drukarka), dla których obowiązuje inna stawka podatku VAT niż dla myjni.

Odpowiedź na pytanie nr 12  
Tak dopuszcza.

#### **Pytanie nr 13**

Dot. pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjni wyposażoną we wbudowany system skanowania endoskopów? Jest to rozwiązanie znacznie nowocześniejsze i wygodniejsze w obsłudze niż opisany w SIWZ zewnętrzny system do skanowania?

Odpowiedź na pytanie nr 13  
Dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie nr 14**

Dot. pkt. 30 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjni wyposażoną we wbudowaną drukarkę parametrów procesu? Jest to rozwiązanie znacznie nowocześniejsze i wygodniejsze w obsłudze niż opisane w SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 14  
Dopuszcza, ale nie wymaga.

Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* stanowią integralną część *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* prowadzą do zmiany *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* oraz zmiany *Ogłoszenia o zamówieniu* opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: **35351 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016.**

1. Zmianie ulega Rozdział 27 SIWZ Oznakowanie oferty, który otrzymuje brzmienie:  
Oferta będzie zaadresowana do Szpitala Powiatowego w Zawierciu na adres podany w pkt. I. 2. i opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy.  
Oznakowanie koperty:
  - 1) nazwa i adres Wykonawcy,
  - 2) nazwa i adres Zamawiającego,  
oznaczenie „Przetarg nr ZP/PN/14/2016 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu ”
  - 3) napis: „Nie otwierać przed dniem **15.04.2016r. – godz. 12:15”.**

2. Zmianie ulega Rozdział 33 SIWZ Miejsce i termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie:

***Miejsce i termin składania ofert.***

Ofertę należy złożyć w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14-pokój nr 11, do dnia **15 kwietnia 2016r. godzina 12.00**

***Oferty złożone po terminie.***

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca oferty bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Zmianie ulega Rozdział 34 SIWZ Otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zawierciu – pokój nr 7 w dniu **15 kwietnia 2016r. o godz. 12.15**

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

Pozostałe warunki i zapisy *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* pozostają bez zmian.

**P.O. Z-CA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

***Dr n. med. SŁAWOMIR MILKA***

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania ZP/PN/14/2016

Zamieszczono na stronie internetowej

