



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14, tel/fax: (32) 67-215-32, tel. 67-40-200

e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, dnia 30.03.2016 r.

ODPOWIEDZI NR 1

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych, materiałów do ich zakładania oraz wyrobów używanych w przypadku złamań (gwoździe, śruby i płytki) dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu – 14 zadań (pakietów) - Znak: ZP/PN/9/2016**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 17.03.2016 r. pod numerem 2015/S 054-090252

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na zadane pytania są częścią integralną z postanowieniami SIWZ.

Lp.	Treść pytania	Treść odpowiedzi
	<u>Zadanie X</u>	
1.	Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów do kości łódkowatej w zakresie długości od 18 do 60mm zamiast od 10 do 60mm?	Tak.
2.	Poz. 11 i 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ (drotu) Kirschnera z końcówką trójgraniciec bez oliwki zamiast z oliwką w poz. nr 11 i zamiast z końcówką lancetową w poz. nr 11 i 12?	Tak.
3.	<u>Poz. 15-17 – Czy Zamawiający doprecyzuje, iż chodzi o płytki samodociskowe?</u>	Tak, chodzi o płytki samodociskowe.
4.	<u>Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści płytki drobne proste 2,0mm zamiast 2,5mm? Pozostałe parametry bez zmian.</u>	Tak.
5.	Poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści płytki o ilości otworów od 6 do 15 zamiast od 6 do 16? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak.

6.	Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści płytki rekonstrukcyjne proste lub wygięte w zakresie 2,5-4,0mm zamiast 2,5mm? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak.
7.	<u>Poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści płytki rekonstrukcyjne proste lub wygięte w zakresie 2,5-3,2mm zamiast 2,5mm oraz pod wkręty 3,5-4,5mm zamiast 3,5mm? Pozostałe parametry bez zmian</u>	Tak.
8.	<u>Zadanie XI</u> Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do otworów blokowanych płytki wkręty 2,7mm? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak.
9.	Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści płytki proste rekonstrukcyjne blokowane o grubości w zakresie 2,6-2,8mm? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak.
10.	<u>Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści płytki kształtowe blokowane dalszej do obojczyka z hakiem: o liczbie otworów blokowanych 5÷7, posiadającej w części trzonowej otwory blokowane i 1 kompresyjny, w części nasadowej 4 otwory blokowane o ustalonym kątownym ustawieniu, posiadającą przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki? Pozostałe parametry bez zmian.</u>	Tak.
11.	Poz. 18 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki prostej szerokiej blokowanej kompresyjnej z ograniczonym kontaktem: posiadającej 6 do 14 otworów blokowanych i 2 kompresyjne? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak.
12.	<u>Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kształtowej blokowanej do dalszej nasady kości udowej posiadającej w części trzonowej 4 do 10 otworów – otwory blokowane i jeden kompresyjny? Pozostałe parametry bez zmian.</u>	Tak.
13.	Poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kłykciowej puszczelowej bliższej bocznej posiadającej w części trzonowej 4 do 10 otworów – otwory blokowane i jeden kompresyjny? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak.
14.	<u>Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki klinowej do osteotomii – bliższej puszczelowej o długości zależnej od rozmiaru klina 37-49,5mm zamiast 43mm? Pozostałe parametry bez zmian.</u>	Tak.
15.	Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów umowy: Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 18, iż Wykonawca będzie obciążony różnicą w cenie, oraz, że wykonanie dostawy zastępczej nie jest wykonywane na ryzyko Wykonawcy? Wykonawca nie może ponosić całkowitych kosztów zamówienia zastępczego na	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

co wskazuje obecna treść ust. 18. Ponadto z uwagi na to, iż Wykonawca nie dokonuje zamówienia u podmiotu trzeciego i nie ma wpływu na to zamówienie to nie może ponosić także ryzyka wynikającego z realizacji zamówienia zastępczego.

~~P.O. Z-CIA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU~~

.....
dr n.med SŁAWOMIR MILKA
Kierownik Zamawiającego

**SZPITAL POWIATOWY
w ZAWIERCIU**
42-400 ZAWIERCIE, ul. Miodowa 14
REGON: 276271110; NIP: 649-19-18-233

SPECJALISTA

DZIAŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Aneta Tyrdła
mgr Aneta Tyrdła