



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Znak postępowania ZP/PN/18/2016

Zawiercie, dnia 29 lipca 2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 40 350

Faks: 32 67 21 532

e-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym ZP/PN/18/2016 na dostawę pn. **Dostawa 2 sztuk stołów operacyjnych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu** do ZAMAWIAJĄCEGO złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* zawierające pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela odpowiednio niżej wymienionych wyjaśnień - odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące warunki płatności: „*Płatność rozłożona na 6 (lub 7) równych rat miesięcznych, pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT, pozostałe w miesięcznych odstępach*”?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie godziny, do której w dn. 29.07.2016 r. ma być złożona oferta w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ofertę należy złożyć w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14-pokój nr 14, do dnia 03.08.2016r. do godz. 10.00.

Pytanie nr 3

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z publikacją ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o podział na dwie osobne części (zadania) ze względu na fakt, że w obecnym stanie faktycznym i prawnym zachodzi możliwość naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne. Powyższe wynika z faktu, że regulacjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagają Państwo zaoferowania dwóch stołów z czego jeden ma być kompatybilny z przystawką ortopedyczną wytworzona przez Famed i będącą Państwa własnością. Tym samym oczywistym jest, że inny podmiot ubiegający się przedmiotowe zamówienie ma możliwość zaoferowania jednego stołu wytwórcy Famed i drugiego stołu innego wytwórcy. Faktycznie taka sytuacja jest wielce mało prawdopodobna, gdyż wytwórca Famed nie sprzedaje stołów innego wytwórcy. Tym samym można stwierdzić, że poprzez aktualną konstrukcję opisu przedmiotu zamówienia zostaje ograniczona konkurencyjność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz preferuje jednego wykonawcę przedmiotu zamówienia. Dodatkowo w przypadku braku pozytywnej reakcji jak powyżej wnosimy o pisemne uzasadnienie Państwa stanowiska..

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie, zgodnie z SIWZ. Wyposażenie dodatkowe musi pasować do obu stołów, bo będzie stosowane wymiennie. Zamawiający wymaga dostawy stołów operacyjnych kompatybilnych z posiadanym sprzętem medycznym. Nie preferuje żadnego Wykonawcy i nie ogranicza tym samym uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 3.

- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe)
- Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem

Czy Zamawiający dopuści stół bez wypiętrzenia piersiowego wyposażony w korpusy mocujące wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym wypadnięciem?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 5.

Długość stołu z blatem: 2050 mm (+ 20 mm)

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 2082 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 6.

Całkowita szerokość blatu: 570 mm (± 20 mm)



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości blatu 522 mm (579 mm z szynami bocznymi)?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 7.

Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm (± 20 mm)

Czy zamawiający dopuści regulację wysokości 680 -1120 mm. Co za tym idzie minimalna wysokość 680 mm jest dużo wygodniejsza dla siadania pacjenta na stole.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 10.

Przechyły boczne min: 60° (od min. -30° do $+30^\circ$)

Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłem bocznym 20° w obydwie strony?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 11.

Przechył Trendelenburga min: 40°

Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłem 30°

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 12.

Przechył anti-Trendelenburga : 40°

Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłem 30°

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 14.

Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C

Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym 310 mm realizowanym przez napęd elektro-hydrauliczny

Odpowiedź na pytanie nr 11

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 16.

Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu, aktualna wartość regulowanego parametru oraz informacje o błędach i awariach z komentarzem.

Czy Zamawiający dopuści pilota bez wyświetlacza LCD z bardzo czytelnymi piktogramami posiadający wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcje



Odpowiedź na pytanie nr 12

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 20.

Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu

Czy Zamawiający dopuści podstawę w kształcie równoległoboku z wycięciami z każdej strony umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 22.

Regulacja podglówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą

Czy zamawiający dopuści podglówek bez sprężyn gazowych, ze znacznie większym zakresem regulacji (90°-90°). Zagłówek jest obsługiwany jedną ręką dzięki temu pozwala na łatwiejszą obsługę.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Pytanie nr 15

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 23.

Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota.

Czy Zamawiający dopuści stół bez dzielonej płyty.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 1 a do SIWZ

Pkt 25.

Materace o właściwościach, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej.

Czy Zamawiający dopuści materace zdejmowane, o grubości 60 mm, przeciwdleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.

Odpowiedź na pytanie 16

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.

Odpowiedź na pytanie 17

Dopuszcza.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, iż raty będą płatne na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty.

Odpowiedź na pytanie 18

Tak.

Pytanie nr 19

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu podjęcia naprawy przez serwis do max 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Odpowiedź na pytanie 19

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie wymagającego sprowadzenia części do 5 dni roboczych.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie 20

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 5 tabeli pn. „Warunki gwarancji” załącznika nr 6 do SIWZ i nadanie mu brzmienia: „W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych dostarczony będzie aparat zastępczy porównywalnej klasy”.

Odpowiedź na pytanie 21

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie gwarancji sprzedaży części zamiennych po upływie gwarancji oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź na pytanie 22

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez zapewnienie przez Wykonawcę serwisu pogwarancyjnego Zamawiający rozumie wskazanie przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 23

Nie.

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści w § 3 ustępu 4 i nadanie mu brzmienia: „Z tytułu nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Odpowiedź na pytanie 24

Zmianie ulega § 3 ustęp 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

Z tytułu nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pytanie nr 25

Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §5 ust. 1 pkt. 1), 2) i naliczanie jej za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

Odpowiedź na pytanie 25

Tak. Zmianie ulega treść § 5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 5. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w zrealizowaniu wszystkich obowiązków określonych w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;
- 2) za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w warunkach gwarancji – w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, o ile nie zostanie dostarczony tożsamy sprzęt na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z warunkami gwarancji;
- 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
- 4) Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 26

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §5 ust. 1 pkt. 1) do 50 zł.

Odpowiedź na pytanie 26


Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §5 ust. 1 pkt. 2) do 25 zł.

Odpowiedź na pytanie 27

Nie, zgodnie z SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Pytanie nr 28

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §5 ust. 1 pkt. 3) do 5%.

Odpowiedź na pytanie 28

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Zgodnie z zasadą równości stron umowy Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §5 ust. 1 pkt. 3).

Odpowiedź na pytanie 29

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 5 ust. 1 pkt 4) i nadanie mu brzmienia: „Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez wystawienie księkowej noty obciążeniowej płatnej do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, Zamawiający potrąci je na podstawie księkowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń.”

Odpowiedź na pytanie 30

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Z uwagi na równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści §5, ust. 1 pkt. 5) i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych”.

Odpowiedź na pytanie 31

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Prosimy o zmianę §6 ust. 2 poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.

Odpowiedź na pytanie 32

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. Wzór zmienionego formularza prezentujemy poniżej:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Typ/model
1.	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z przesuwem wzdłużnym min 400 mm i obciążeniem maksymalnym 350 kg.	1 kpl.				
2.	Stół operacyjny ortopedyczny.	1 kpl				
3.	Koszt finansowania płatności ratalnej	1 usł.				Nd.

Odpowiedź na pytanie 33

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o zmianę właściwości miejscowej sądu rozstrzygającego spory pomiędzy stronami na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 34

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 35

Nie.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 36

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 36

Nie.

Pytanie nr 37

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź na pytanie 37

Nie.

Pytanie nr 38

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie 38

Nie.

Pytanie nr 39

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.

Odpowiedź na pytanie 39

Nie.


Pytanie nr 40

Załącznik nr 1a

W związku z wymogiem zawartym w punkcie nr 1 tabeli technicznej, z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego – czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie 40

Tak.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 41

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w listwy boczne akcesoryjne, które przy segmencie oparcia pleców oraz w części lędźwiowej nie posiadają dodatkowych zabezpieczeń/ograniczników przed przypadkowym wysuwem korpusów?

Odpowiedź na pytanie 41

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym nie występuje ryzyko uderzenia stołu o podłogę w przypadku blatu wypoziomowanego wykonując przechyły wzdłużne i boczne tym samym bez systemu antykolizyjnego?

Odpowiedź na pytanie 42

Tak.

Pytanie nr 43

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 43

Tak.

Pytanie nr 44

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 44

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od -90 do +60 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 45

Tak.

Pytanie nr 46

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie 46

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelburga oraz anty-Trendelennurga z zakresie 30 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 47

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 360 mm realizowaną poprzez układ elektrohydrauliczny stołu? Dotyczy punktu 14 oraz 24 tabeli technicznej.

Odpowiedź na pytanie 48

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej poprzez mechanizm korbowy?

Odpowiedź na pytanie 49

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie? Dotyczy punktu 15 oraz 23 tabeli technicznej.

Odpowiedź na pytanie 50

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością oraz bez informacji o ewentualnych błędach i awariach z komentarzem?



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie 51

Tak.

Pytanie nr 52

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem wyposażonym w sygnalizację załączenia układu sterowanie poprzez podświetlenie przycisków funkcyjnych pilota, oraz z diodową sygnalizacją konieczności naładowania baterii?

Odpowiedź na pytanie 52

Tak.

Pytanie nr 53

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali?

Odpowiedź na pytanie 53

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź na pytanie 54

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny przejezdny z elektrohydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 55

Tak.


Pytanie nr 56

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu podglówka realizowana poprzez mechanizm zapadkowy?

Odpowiedź na pytanie 56

Nie, zgodnie z SIWZ.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Pytanie nr 57

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej?

Odpowiedź na pytanie 57

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem umożliwiającym przesuw wzdłużny o zakresie 360 mm? Oferowany stół posiada kolumnę szerokości 360 mm tak, więc oferowany zakres jest wystarczający do zapewnienia pełnej przezierności blatu.

Odpowiedź na pytanie 58

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym?

Odpowiedź na pytanie 59

Tak.

Pytanie nr 60

Załącznik nr 1a

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 300 kg?

Odpowiedź na pytanie 60

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61

Załącznik nr 1a

Prosimy o wyrażenie zgody na potwierdzenie okresu udzielonej gwarancji przez autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, stosownym oświadczeniem.


Odpowiedź na pytanie 61

Dopuszcza.

Pytanie nr 62

Załącznik nr 1a

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadający wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

w postaci powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do użytku jest równoznaczny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź na pytanie 62

Dopuszcza.

Pytanie nr 63

Załącznik nr 1b

W związku z wymogiem zawartym w punkcie nr 1 tabeli technicznej, z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego – czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie 63

Tak.

Pytanie nr 64

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 64

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do + 80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 65

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Załącznik nr 1b


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od -90 do +60 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 66

Tak.

Pytanie nr 67

Załącznik nr 1b



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej w zakresie od -90 do +30 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 67

Tak.

Pytanie nr 68

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem umożliwiającym przesuw wzdłużny o zakresie 360 mm? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 68

Nie. Zamawiający oczekuje minimum 400 mm.

Pytanie nr 69

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z układem sterowania z funkcją „stand by” włączającą Dię po upływie 30 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego?

Odpowiedź na pytanie 69

Tak.

Pytanie nr 70

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą układu elektrohydraulicznego stołu obsługiwanego z pilota, tym samym bez stosowania zabezpieczenia opisanego w punkcie 19 tabeli technicznej? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 70

Dopuszcza.

Pytanie nr 71

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu podgłówka realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?

Odpowiedź na pytanie 71

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający sprężyny gazowe regulacji segmentów blatu zabudowane w konstrukcji nośnej stołu, widoczne jedynie od spodu stołu?



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedź na pytanie 72

Dopuszcza pod warunkiem, że nie wpłynie to na sposób dezynfekcji.

Pytanie nr 73

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stałą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali?

Odpowiedź na pytanie 73

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź na pytanie 74

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75

Załącznik nr 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pas mocujący do unieruchomienia ciała pacjenta o szerokości 100 mm, bez klamer, mocowany za pomocą rzepów?

Odpowiedź na pytanie 75

Tak.

Pytanie nr 76

Załącznik nr 1b

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadający wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument w postaci powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do użytku jest równoznaczny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź na pytanie 76

Dopuszcza.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie stołów operacyjnych do osobnych dwóch pakietów?

Odpowiedź na pytanie 77

Nie, zgodnie z SIWZ.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* stanowią integralną część *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

Pozostałe warunki i zapisy *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* pozostają bez zmian.

Wyk. w 1 egz.
dokumentacja postępowania ZP/PN/18/2016
Zamieszczono na stronie internetowej

P.O. Z-CA DYREKTORA DS. ZLECENIOWA
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU
[Signature]
dr n.med SŁAWOMIR MILKA