



Zawiercie 29.06.2021r

## Zapytanie ofertowe

Szpital powiatowy w Zawierciu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę respiratora transportowego FLIGHT 60 - 2 szt.

Opis usterki: 1) Awaria dotyczy niezgodności pomiędzy ustawionym a widocznym na monitorze poziomem stężenia tlenu( zadano 100% tlenu a respirator podaje np. 36%,48%).

2) Awaria dotyczy niezgodności pomiędzy ustawioną a widoczną na monitorze częstotścią

W związku z tym poszukujemy oferenta, który ma doświadczenie w tym obszarze. Zlecenie zostanie zawarte z Oferentem ,który przedstawi najniższą cenę. Jeśli Państwo gotowi jesteście przedstawić nam ofertę, prosimy odpowiedzieć do dnia 06.07.2021r. Odnosnie pytań prosimy o kontakt: tel.

32/67 40 251, e -mail [aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl](mailto:aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl)

Ofertę należy przesłać na adres : [aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl](mailto:aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl)

Z UP. DYREKTORA SZPITALA  
Z-CA DYREKTORA TECHNICZNYCH  
SZPITALA POWIATOWEGO  
W ZAWIERCIU  
mgr inż. Iwona Sroga

KIEROWNIK DZIAŁU  
APARATURY MEDYCZNEJ

Grzegorz Kwieteń