



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Znak postępowania ZP/PN/4/2016

Zawiercie, dnia 13 maja 2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
Telefon: 32 67 40 350
Faks: 32 67 21 532
e-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej *Prawo zamówień publicznych* w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania ZP/PN/4/2016 na dostawę pn. „*Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu*”

Z a m a w i a j ą c y z a w i a d a m i a

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1

1.1. Na podstawie art. 91 ust. 1 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą:

1.1.1. Ofertę Wykonawcy:


Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy
5	Labor Arkadiusz Silny ul. H. Krzemieńskiego 223/U3 51-126 Wrocław

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca – Labor Arkadiusz Silny z siedzibą we Wrocławiu spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta Wykonawcy – Labor Arkadiusz Silny z siedzibą we Wrocławiu uzyskała najwyższą ocenę według przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaoferowana przez Wykonawcę – Labor Arkadiusz Silny z siedzibą we Wrocławiu, cena oferty nie przekracza wysokości środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu


SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

1.2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty Waga 95%		Termin dostawy Waga 5%		Łączna suma punktów oferty
		Cena oferty w złotych	Liczba punktów	Termin dostawy	Liczba punktów	
1	Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	38.145,60	91,43	42 dni	5,00	96,43
2	DAR-MED Dariusz Wolski ul. 1 Sierpnia 34A lok. 51 02-134 Warszawa	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				
4	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Spółka Jawna ul. Piątkowska 186 61-693 Poznań	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				
5	Labor Arkadiusz Silny ul. H. Krzemieńskiego 223/U3 51-126 Wrocław	36.712,75	95,00	42 dni	5,00	100,00
6	OrtoCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ryżowa 33A 02-495 Warszawa	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				
7	Medicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 41-819 Zabrze	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				
8	Chirstom Marcin i Marek Dynier Spółka Cywilna ul. Mstowska 8 42-240 Rudniki	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało odrzuconych pięciu Wykonawców.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia

Oferta Wykonawcy DAR-MED – Dariusz Wolski z siedzibą w Warszawie podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów Zamawiający ustalił, że treść uzupełnionych dokumentów jest niezgodna z tłumaczeniem. Załączone tłumaczenie wprowadza w błąd Zamawiającego potwierdzając cechy i parametry produktów, które nie występują w oryginalnym dokumencie.

Oferta Wykonawcy IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Spółka Jawna z Poznania podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie uzupełnił dokumentów, o które wnosil Zamawiający. Potwierdzenie producenta narzędzi o autoryzacji serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i regeneracyjnego w Polsce nie zostało przetłumaczone na język polski.

Oferta Wykonawcy OrtoCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie uzupełnił dokumentów, o które wnosil Zamawiający. Wykonawca przedłożył dokumenty, o które wnosil zamawiający bez podania informacji o stopniu zagięcia asortymentu oferowanego w poz. 2, 3, 4, 5 przez Wykonawcę.

Oferta Wykonawcy Medicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Zabrze jest niezgodna z treścią SIWZ. W przedłożonym przez Wykonawcę katalogu nie opisano, których pozycji dotyczą dane katalogowe. Ponadto w pakiecie 1 w poz. 61 Zamawiający wymagał zaoferowania kleszczyków do otrzewnej typ Mikulicz, zagięte 1x2 zębki dł. 185 mm a Wykonawca zaoferował produkt o dł. 180 mm.

Oferta Wykonawcy Chirstom Marcin i Marek Dynier Spółka Cywilna z Rudnik podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie uzupełnił dokumentów o które wnosil Zamawiający tj. potwierdzenia producenta narzędzi o autoryzacji serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i regeneracyjnego w Polsce dotyczy asortymentu producenta AESCULAP AG/Niemcy oraz informacji potwierdzonej przez producenta – Aesculap AG – na temat wymagań odnośnie matowania, hartowania, pasywacji, odporności na korozję instrumentów tej firmy.

Uzasadnienie prawne odrzucenia

Stosownie do art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przedmiotowym postępowaniu z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, który złożył ofertę.



Szpital
Powiatowy
w Zawierciu

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) *Prawa zamówień publicznych* w przedmiotowym postępowaniu umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

P.O. Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

dr n. med SŁAWOMIR MILKA

Wyk. w 1 egz.
dokumentacja postępowania ZP/PN/4/2016
Zamieszczono na stronie internetowej
i Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego

P.O. Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU
dr n. med SŁAWOMIR MILKA

Sławomir