



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 •

e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, dnia 12.07.2016 r.

Odpowiedzi nr 1

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych, materiałów do ich zakładania oraz wyrobów używanych w przypadku złamań dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. ZP/PN/23/2016 r. opublikowanego w BZP w dniu 06.07.2016r. pod numerem 123003-2016 r.

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych , Szpital Powiatowy w Zawierciu udziela odpowiedzi na otrzymane pytania dot. treści SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na zadane pytania są częścią integralną z postanowieniami SIWZ.

L.P.	Treść pytania	Treść odpowiedzi
1.	Dotyczy zadania nr 6 Czy Zamawiający w poz. 1-3 wyrazi zgodę na klamry samozatraskowe, wykonane z aluminium, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (MR Conditional), posiadające oznaczenie na klamrze?	NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
2.	Dotyczy zadania nr 6 Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga prętów półokrągłych do stabilizacji miednicy?	Nie wymaga ale dopuszcza
3.	Dotyczy zadania nr 6 Czy Zamawiający w poz. 1-2 wyrazi zgodę na zaferowanie prętów z włókna szklanego o średnicy 11mm, bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego (MR Conditional) w długościach 100-500mm?	NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
4.	Dotyczy zadania nr 6 Czy Zamawiający w poz. 1 i 3 wyrazi zgodę na zaferowanie prętów o średnicy 11mm oraz 6mm?	NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
5.	Dotyczy zadania nr 6 Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie tylko prętów prostych?	NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala

Powiatowego w Zawierciu

dr n. med. Sławomir Milka

P.O. Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

dr n. med. SŁAWOMIR MILKA