



# SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 •  
e-mail: [szpital@szpitalzawiercie.pl](mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl)

Zawiercie, dnia 02.11.2016 r.

## ODPOWIEDZI NR 1

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę odczynników do badań wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu –23 pakiety.

Numer postępowania ZP/PN/51/2016r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich dnia 07.10.2016 r. pod numerem 2016/S 194-348703

| Lp. | Treść pytania   | Treść odpowiedzi                           |
|-----|---|--|
| 1.  | Pakiet nr 17<br>Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści test jak w załączonej instrukcji?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 2.  | Pakiet nr 7<br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowane panele 10-alergenowe pokarmowe i oddechowe służyły do pomiaru ilościowego IgE swoistych?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 3.  | Pakiet nr 7<br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panelu (w pozycji nr 4) z 6 różnymi alergenami (komponentami lub ekstraktami) mleka krowiego?   | TAK  |
| 4.  | Pakiet nr 7<br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów diagnostycznych, w których stosuje się rozcieńczoną próbkę pacjenta?<br>Procedura wykonania testu oferowanego przez Producenta zakłada wykorzystanie 175ul surowicy, która przed wykonaniem testu jest rozcieńczana. Producent oświadcza, że procedura z wykorzystaniem rozcieńczonej surowicy jest zwalidowana i posiada certyfikat CE/IVD.<br>Procedura rozcieńczania surowicy nie ma wpływu na wynik IgE. | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 5.  | Pakiet nr 7<br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas badania zaoferowanych paneli wynosił ponad 3 godz.?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  |
| 6.  | Pakiet nr 7<br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie pisemnego oświadczenia do oferty, iż oferowane testy do diagnostyki alergii nie wykazują reakcji krzyżowych z IgA, IgG i IgM?   | TAK  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 7.  | <p>Pakiet nr 7</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie programu do czytania testów bez możliwości automatycznej identyfikacji paneli, natomiast z możliwością wyboru rodzaju profilu z listy znajdującej się w pamięci programu?</p>  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.                                  |
| 8.  | <p>Pakiet nr 7</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, do odczytu których dostarczane są bezpłatnie zielone kartki do drukowania protokołów, a w celu odczytu wyniku należy wkleić zainkubowane paski w odpowiednie pola protokołu?</p>   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.                                  |
| 9.  | <p>Pakiet nr 7</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bufor zawarty w zestawach testowych był w formie 10x stężonego koncentratu?</p>   | TAK   |
| 10. | <p>Pakiet nr 7</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga obecności CCD na każdym pasku testowym dla każdego zaoferowanego rodzaju panelu?<br/>         CCD jako reagująca krzyżowo determinanta węglowodanowa może być odnajdywana w wielu alergenach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i ze względu na ich znaczące podobieństwo strukturalne jest często przyczyną reakcji krzyżowych. Wykrycie obecności swoistych przeciwciał IgE skierowanych przeciwko CCD może dostarczyć dodatkowych informacji, zwłaszcza w przypadkach pozytywnych wyników IgE, które nie korelują z objawami klinicznymi i służy jako pomoc przy całościowej interpretacji wyników badań.</p> | Zamawiający NIE wymaga obecność CCD na każdym pasku testowym, ale dopuszcza |
| 11. | <p>Pakiet nr 6</p> <p>Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o modyfikację pkt.2 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi na „próbówki plastikowe ( za wyjątkiem OB ), z korkiem i naklejoną etykietą z fabrycznie wytworzoną kalibrowaną próżnią lub gwarantujące wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub zapewniające pobranie poprzez odcignięcie tłoka i zapewniające pobranie właściwej ilości krwi oraz szybkie wykrzepianie” Wprowadzone zmiany spowodują, że opis będzie spełniany nie tylko przez systemy aspiracyjno-próżniowe.</p>  | Tak - Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ                                 |
| 12. | <p>Pakiet nr 6</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pkt.2 Formularza cenowego próbówki do morfologii z EDTA o objętości 2 ml.</p>  | TAK - Zamawiający wyraża zgodę.   |
| 13. | <p>Pakiet nr 6</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pkt. 3 Formularza cenowego próbówki z aktywatorem wykrzepiania ( rozmiary 16 x 100 mm) do objętości 10 ml</p>  | TAK - Zamawiający wyraża zgodę  |





|     |   |   |
|-----|---|---|
| 14. | <p>Pakiet nr 6</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pkt.4 Formularza cenowego szklanej probówki do OB. , oznaczanego metodą liniową, o objętości 1,6 ml oraz o dodanie do tabeli pozycji z plastikową rurką ze skalą do oznaczania OB. Za pomocą powyższych probówek</p>   | <p>TAK - Zamawiający wyraża zgodę<br/>- Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ</p> |
| 15  | <p>Pakiet nr 6</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie probówek próżniowych z korkami wciskanyimi a nie tylko zakręcanymi. Konstrukcja oferowanych przez nas korków zapewnia bezpieczeństwo użytkownika, łatwość otwierania i możliwość ponownego szczelnego zamknięcia probówek</p>  | <p>TAK - Zamawiający wyraża zgodę</p>   |
| 16. | <p>Pakiet nr 1 punkt 48</p> <p>W związku z tym , że wirnik 24x15/10 ml posiada według danych producenta kąt 30 lub 35° prosimy o dopuszczenie wirnika kąтового o kącie 35 ° do wirówki laboratoryjnej wymaganej w SWIZ w pakiecie nr 1 w punkcie 48-reszta parametrów bez zmian</p>   | <p>TAZ – Zamawiający dopuszcza</p>  |
| 17. | <p><b>Dotyczy SIWZ, pkt 7, 4, a)</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamiast kart katalogowych wraz z opisami technicznymi w języku polskim Wykonawca złożył instrukcje stosowania odczynników zawierające metodyki wykonywania badań?</p>   | <p>TAK - Zamawiający wyraża zgodę.</p>  |
| 18. | <p><b>Dotyczy projektu umowy § 5</b></p> <p>Wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych od wartości umownej netto.</p> <p>Stosowanie jako podstawy do wyliczania kar umownych wartości brutto, jest przejawem wystąpienia potencjalnej nierówności pomiędzy wykonawcami. Zamawiający poprzez zastosowanie zapisów o stosowaniu kar umownych od wartości umownej brutto narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Przy możliwości składania ofert przez podmioty mające swoją siedzibę poza granicami kraju lub zwolnionych z podatku VAT zaoferowana przez nich cena brutto nie obejmuje podatku VAT, zgodnie z ustawową definicją. Nie obejmuje go więc i kara umowna wyliczona od tak określonej ceny brutto.</p> <p>W związku z powyższym Zamawiający rozliczy ten podatek osobno, w księgach wszystko się będzie zgadzało, tylko nie w karach. Zastosowane kary objęłyby wartość podatku VAT, natomiast zagranicznego konkurenta jak również wykonawców zwolnionych z podatku VAT już nie.</p> | <p>TAK – Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.</p>                               |
| 19. | <p><b>Dotyczy projektu umowy § 5, ust. 1</b></p> <p><b>Zapis wzoru umowy:</b> „W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto”</p> <p><u>Wnioskujemy o zmianę wskazanego zapisu wzoru umowy na:</u><br/><u>„W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji”</u></p> <p>Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do</p>  | <p>Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ</p>                                      |



|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | <p>umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to <b><u>zastrzeżenie kary umownej naliczana od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony.</u></b> W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Szkada powstała w ten sposób wynika z tej nie dostarczonej konkretnej partii odczynników, nie dotyczy całości zobowiązania wykonawcy z tytułu zawartej umowy. Znaczenie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/2008 Sąd Najwyższy stwierdził wprost, iż: „<i>W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania należy uznać stosunek wysokości kary umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela</i>”</p> |   |
| 20. | <p><b>Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 12 – PBS</b><br/> <b>Wymagania Zamawiającego:</b><br/>         PBS – zbuforowany fizjologiczny roztwór soli do badań serologicznych o pH 6,9<br/>         Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu na zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie tj.:<br/>         PBS – zbuforowany fizjologiczny roztwór soli do badań serologicznych o pH: 6,85 – 7,2</p>  | TAK – Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.  |
| 21. | <p><b>Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 12 – PBS</b><br/>         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy odczynnika PBS w opakowaniach handlowych 12x5l, co pozwoli na przygotowanie korzystniejszej ceny oferty przetargowej?</p>  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – związane jest to z miesięczną ilością wykorzystania odczynnika brakiem warunków magazynowych na takie opakowania. |
| 22. | <p><b>Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 12 – zestaw próbek kontrolnych</b><br/>         Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i RhD w buteleczkach szklanych z kropłomierzem, jak w przypadku krwinek wzorcowych?</p>  | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  |
| 23. | <p><b>Dotyczy Pakietu nr 20 – książki laboratoryjne</b><br/>         Wnioskujemy o wydzielenie części Pakietu nr 20 – książki laboratoryjne do oddzielnego pakietu lub wykreślenie jako niezgodnego z kodem CPV (wspólny słownik zamówień publicznych)<br/>         Zgodnie z obowiązującą definicją: „<i>CPV jest to „Wspólny słownik zamówień” stanowiący jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych.</i>”<br/>         Wspólny Słownik Zamówień powstał zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich, nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r., w celu usystematyzowania kwestii klasyfikacji zamówień publicznych, stworzono wyszukiwarkę klasyfikacji kodów CPV.</p>   | Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ . poprzez wydzielenie z pakietu nr 20 Książki laboratoryjne tworząc oddzielny pakiet nr 24.                             |





Zamawiający wskazał w SIWZ dla ogłoszonego postępowania przetargowego kody CPV: 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne.

Wskazane wyżej pozycje asortymentowe zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień zaliczane są do drukowanych książek o kodzie CPV: 22110000-1.

Wskazujemy Zamawiającemu, że opis przedmiotu zamówienia powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

Dlatego też, wniosek jest zasadny gdyż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia niezgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień.

Ponadto Zamawiający wskazanym wyżej wymaganiem zaoferowania w jednym pakiecie odczynników, krwinek i materiałów pomocniczych zadedykował pozorne zaproszenie do złożenia oferty jednemu wykonawcy.

Zapisy specyfikacji w tym zakresie są zatem sprzeczne z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

Cyt. „Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

- 1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;
- 2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;
- 3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;
- 4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy

**24. Dotyczy Pakietu nr 20, wymagania graniczne, pkt 3**

Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu na:  
„Pozostałe odczynniki powinny posiadać deklarację zgodności CE oraz świadectwo jakości producenta”

Zgodnie z zapisem SIWZ w pkt 3.2: „oferowane materiały będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania i do obrotu na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych (muszą być oznakowane znakiem CE, posiadać ważną deklarację zgodności CE oraz powiadomienie / zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych). W związku z powyższym wymaganie Zamawiającego dla pozostałych odczynników tj. certyfikatu CE jest niezgodne z przytoczonym zapisem SIWZ

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ – w niniejszym zakresie.





|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | oraz ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.   |  |
| 25. | <p><b>Dotyczy Pakietu nr 20, wymagania graniczne, pkt. 4</b><br/> Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu na:<br/> „Dostawa produktów zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem, transport zgodny z zaleceniami producenta zaoferowanych odczynników”</p> <p>Zamawiający wymagając dostaw produktów transportem monitorowanym (najdroższy transport) wymaga dostaw odczynników niezgodnie z zaleceniami producenta, które zawarte są w instrukcjach stosowania, co niepotrzebnie podraża ofertę przetargową, a zamawiającego naraża na zarzuty nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych.</p> | Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ      |
| 26. | <p><b>Dotyczy: Formularz cenowy dla pakietu nr 7, tabela nr 2, pkt. 4</b><br/> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie paneli 6-alergenowych o następującym składzie: mleko, a-laktoalbumina, B-laktoglobulina, kazeina, surowicza albumina wołowa (BSA), gluten?</p>   | TAK - Zamawiający wyraża zgodę.            |
| 27. | <p><b>Dotyczy: Formularz cenowy dla pakietu nr 7, tabela nr 2, pkt. 1, 2, 3</b><br/> Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o bardziej szczegółowy opis rodzajów paneli, np. wymagane alergeny</p>   | Zgodnie z SIWZ – różne rodzaje paneli.     |
| 28. | <p><b>Dotyczy: Formularz cenowy dla pakietu nr 7, Wymagania dla testów alergologicznych, pkt. 10</b><br/> Czy Zamawiający ma na myśli, że oferowane testy muszą być kompletne tj. paski umieszczone w rynienkach na trwałe, nie wymagające dodatkowej ingerencji w trakcie procedury (np. przeklejania pasków w celu odczytania)?</p>  | TAK  |
| 29. | <p><u>Dotyczy pakietu nr 11:</u><br/> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadruku na płytce daty ważności, skoro widnieje ona na Certyfikacie Jakości, który jest dokładany do każdej dostawy?</p>   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 30. | <p><u>Dotyczy pakietu nr 11:</u><br/> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu pochodzenia od jednego producenta podłoży oraz szczepów?</p>   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 31. | <p><u>Dotyczy pakietu nr 12:</u><br/> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by krążki posiadały opinię Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości?</p>  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 32. | <p><u>Dotyczy pakietu nr 13:</u><br/> Czy Zamawiający w pozycji 6-tej odstąpi od wymogu dostarczenia Certyfikatu ISO 9001 oraz 13485?</p>  | Tak  |
| 33. | <p><u>Dotyczy pakietu nr 14:</u><br/> Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z</p>  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |





|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Ponadto wg najnowszych zaleceń KORLD dopuszczalne jest stosowanie testów MIC zarówno na podłożu bibułowym jak i plastikowym.   |  |
| 34. | Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by testy paskowe posiadały opinię Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   |
| 35. | dotyczy pakietu nr 5:<br>Czy zamiast udziału w producenckim programie międzynarodowej kontroli jakości analizy moczu Zamawiający dopuszcza zapewnienie udziału w uznanym międzynarodowym programie kontroli zewnętrznej LABQUALITY, bardziej obiektywnym, bo niezależnym od producenta analizatora i zakończonym wydaniem certyfikatu ? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie.   | TAK – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  |
| 36. | <u>dot. Pakiet Nr 21:</u><br>Prosimy o doprecyzowanie czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (zwłaszcza produktów krwinkowych), Zamawiający w zakresie pakietu nr 21 wedle pkt. 10 parametrów granicznych oczekuje dostaw produktów zgodnie z deklarowanym harmonogramem (dostawy nie rzadziej niż raz na miesiąc, wg. harmonogramu dostaw na dany rok, który uwzględnia technologię produkcji produktów), a kryterium „Termin realizacji dostaw cząstkowych” w części nr 21 będzie dotyczył dostaw pilnych – na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie max 3 dni robocze? | Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w zakresie pkt. Nr 10 parametrów granicznych.                          |
| 37. | <u>dot. Pakiet Nr 21:</u><br>Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika „Standard anty-D do mikrometody ( gotowy do użytku)“, stanowiącego materiał kontrolny, pochodzącego od innego producenta niż pozostałe wyroby przeznaczone do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu ID-System firmy Diamed?   | TAK – Zamawiający dopuszcza  |
| 38. | <u>dot. Pakiet Nr 21:</u><br>Prosimy o doprecyzowanie czy wymieniony w Tabeli nr 3 sprzęt, stanowiący przedmiot dzierżawy po okresie dzierżawy, automatycznie przechodzi na własność Zamawiającego (zgodnie z pkt 12 parametrów granicznych) czy też wykup stanowi możliwość Zamawiającego (zgodnie z informacją zawartą w Tabeli nr 3)?   | Zamawiający chce aby zaoferowany sprzęt automatycznie przeszedł na jego własność po upływie okresu dzierżawy |
| 39. | <u>dot. Pakiet Nr 21:</u><br>Prosimy o doprecyzowanie czy podaną informację dot. roku produkcji wirówki w tabeli nr 3 – dzierżawa sprzętu, należy rozumieć, że Zamawiający wymaga urządzenia nie starszego niż z   | TAK – Zamawiający wymaga urządzenia z datą produkcji nie starszą niż rok 2011.                               |



|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | roku 2011?   |   |
| 40. | <u>dot. Pakiet Nr 21:</u><br>Czy Zamawiający wymaga podania nazwy klonów w Tabeli Nr 1 dotyczącej odczynników tj. w pozycji 4 (Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z BTA ( A-B-DVI-DVI- ( inny klon) – kontrola -BTA) i 5 (Potwierdzenie oznaczenia grupy krwi drugim klonem anty-A, anty-B, anty-D) formularza asortymentowo cenowego? | TAK   |
| 41. | <u>dot. Pakiet Nr 21</u><br>Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i wynika z jego siedziby poza granicami Polski?   | Tak   |
| 42. | <u>dot. Pakiet Nr 21</u><br>Czy zamawiający wymaga aby odczynnik o niskiej sile jonowej do zawieszania krwinek czerwonych był ważny minimum 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania?  | TAK   |
| 43. | <u>dot. Pakiet Nr 21</u><br>Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane mikrokarty były fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami przez producenta i gotowe do użycia?   | TAK   |
| 44. | <u>dot. Pakiet Nr 21</u><br>Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania wirówki z fabrycznie ustawionym stałym czasie i prędkością wirowania?   | TAK   |
| 45. | <u>dot. Pakiet Nr 21</u><br>Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby oferowana wirówka posiadała wyjmowania bez użycia narzędzi rotor w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania?  | Dopuszcza ale nie wymaga  |
| 46. | <u>dot. Pakiet Nr 21</u><br>Prosimy o potwierdzenie, że wymóg, o którym mowa w pkt 10 parametrów granicznych dot. transportu monitorowanego pod względem temperatury 2-8 st. C, dotyczy grupy produktów wrażliwych na temperaturę tj. odczynników krwinkowych?   | Zamawiający wymaga transportu w temperaturze pozwalającej na zapewnienie właściwej jakości zamawianego produktu |
| 47. | <u>dot. Pakiet Nr 21</u><br>Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana kontrola międzynarodowa posiadała możliwość wpisywania wyników on-line oraz była potwierdzona certyfikatem?  | Zamawiający wymaga.   |



2011



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 48. | <p><u>dot. Pakiet Nr 21</u><br/>         Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający nie popełnił omyłki liczbowej w pozycji numer 3 „Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c” ( do testu PTA LISS) formularza asortymentowo-cenowego w Tabeli nr 1 (odczynniki)? Wskazana ilość op. jest sporo zawyżona w odniesieniu do podanej ilości badań w poz. 2, co w znacznym stopniu wpłynie na podwyższenie łącznej ceny oferty. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania odpowiedniej ilości krwinek, adekwatnie do podanej ilości wykonywanych badań.</p> | <p>Liczba zestawów krwinek wzorcowych odnosi się do sumy liczby badań z poz.1 i poz. 2. Zamawiający nie popełnił omyłki.</p> |
| 49. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8. podłoża z terminem ważności co najmniej 5 miesięcy licząc od daty dostawy produktu do Zamawiającego?</p>  | <p>TAK</p>   |
| 50. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14. podłoża z terminem ważności co najmniej 4 miesięcy licząc od daty dostawy produktu do Zamawiającego?</p>   | <p>TAK</p>   |
| 51. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania daty produkcji na certyfikacie kontroli jakości?</p>  | <p>TAK</p>   |
| 52. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wielkości opakowania na certyfikacie kontroli jakości?</p>  | <p>TAK</p>   |
| 53. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczenia do obrotu dla pozycji nr 13, który nie jest wyrobem medycznym?</p>   | <p>TAK</p>   |
| 54. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy odczynników z 3 do 5 dni roboczych?</p>  | <p>NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>  |
| 55. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby certyfikat kontroli jakości był podpisany przez osobę upoważnioną jeżeli na certyfikacie będzie umieszczona informacja, że dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu?</p>  | <p>TAK</p>   |
| 56. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby próbówki oznaczone były nazwą skróconą podłoża, nr serii, datą ważności i nazwą producenta?</p>  | <p>TAK</p>   |
| 57. | <p><b><u>Do pakietu 19</u></b><br/>         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw w trybie „na cito” z 24 godzin na 48 godzin w dni robocze? Większość Wykonawców dostarcza swoje produkty za pomocą firm kurierskich dlatego 48 godzin to minimalny czas jaki</p>  | <p>NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>  |



2020



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | potrzebny jest na realizację zamówienia.  |  |
| 58. | <b>Do pakietu 19</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawił wykaz dostaw dotyczący ogólnie podłoży mikrobiologicznych/ odczynników do badań mikrobiologicznych, a nie tylko konkretnie tych wymienionych w pakiecie?  | TAK  |
| 59. | <b>Do Wzoru Umowy:</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „ W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto” na „W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy”? | Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ                      |
| 60. | <b>pakiet nr 3, warunki graniczne</b><br>poz. 6: Czy Zamawiający dopuści analizator z objętością aspirowanej krwi 20µl bez rozcieńczenia?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.                 |
| 61. | <b>pakiet nr 3, warunki graniczne</b><br>poz. 8: Czy Zamawiający dopuści analizator z następującymi zakresami liniowości: WBC – 0,5 -do $130 \cdot 10^3$ /ul, RBC-0,30 - do $7,00 \cdot 10^6$ /ul, HGB- od 2, do 0,24g/dl, PLT - 2,0-do $1800 \cdot 10^3$ /ul   | TAK  |
| 62. | <b>pakiet nr 3, warunki graniczne</b><br>poz. 12: Czy Zamawiający dopuści diluent pakowany po 20L?  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.                 |
| 63. | <b>pakiet nr 15</b><br>poz. 1, 2: Zamawiający określił kontrolę dodatnią w ilości opakowań. Prosimy o podanie ilości kontroli w sztukach, pozwoli to na dokładne oszacowanie ich wartości.  | Zamawiający wymaga aby z 1 opakowania wykonano 5 oznaczeń. |
| 64. | <b>pakiet nr 15</b><br>poz. 3: Czy Zamawiający dopuści testy z kontrolą dodatnią w postaci ekstraktu suchej, ludzkiej hemoglobiny umieszczonej na sterylnym waciku wymazowym? Jeśli tak, to ile kontroli w sztukach wymaga Zamawiający?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.                 |
| 65. | <b>pakiet nr 15</b><br>poz. 4: Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe do jakościowego wykrywania norowirusów w kale – genogrupa GI i GII bez zewnętrznych kontroli dodatnich natomiast z kontrolami  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.                 |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | wewnętrzny?  |  |
| 66. | <b>pakiet nr 15</b><br>poz. 5: Czy Zamawiający dopuści testy paskowe zawierające wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania testów oraz dodatkowo kontrolę dodatnią i ujemną w zestawie?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 67. | <b>pakiet nr 15</b><br>poz. 6: Czy Zamawiający dopuści testy z kontrolą dodatnią w ilości 1 szt. w 1 opakowaniu? Jeśli nie, to prosimy o podanie całkowitej ilości tych kontroli w sztukach.   | 1 opakowanie – 5 oznaczeń.                 |
| 68. | <b>pakiet nr 15</b><br>poz. 1, 3: Czy Zamawiający dopuści testy od producentów posiadających wewnętrzne systemy jakości?   | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       |
| 69. | <b>SIWZ:</b><br>1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?<br><i>Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06</i>  | TAK  |
| 70. | <b>Dotyczy § 4 ust. 3 Projektu umowy.</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu z projektu umowy, gdyż jest niezgodny z prawem, a przez to nieskuteczny. Zamawiający nie może oczekiwać od wykonawcy jednostronnego wywiązywania się z obowiązków narzuconych umową, gdy sam nie przestrzega podstawowego obowiązku umowy kupna-dostawy tj. obowiązku zapłaty za dostarczony towar.   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 71. | <b>Dotyczy § 5 ust. 1 Projektu umowy.</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanego wynagrodzenia umownego brutto.”?<br><i>Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.</i> | Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.     |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | <p>W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.</p>  |   |
| 72. | <p><b>Dotyczy § 5 ust. 2 i 4 Projektu umowy.</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów/ wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?</p> <p><i>Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.</i></p> <p><i>Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.</i></p> | <p>Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.</p>     |
| 73. | <p><b>Dotyczy § 6</b></p> <p>Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:</p> <p>- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,</p>   | <p>NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p> |

*Epoca 17*



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | krwi do badań nie dochodzi do efektu aerozolowego?   |  |
| 76. | <b>Pakiet nr 6 pozycja 3</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 9 ml krwi?  | TAK  |
| 77. | <b>Pakiet nr 6 pozycja 3</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 6 ml krwi?  | NIE  |
| 78. | <b>Pakiet nr 6 pozycja 4</b><br>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 1,6 ml krwi?  | TAK  |
| 79. | <b>Pakiet nr 6 pozycja 4</b><br>Czy Zamawiający wymaga zaoferowania również rurek do odczytu OB?. Jeśli tak - to w jakiej ilości?  | TAK – jeśli wymaga tego system, w ilości zgodnej z ilością probówek  |
| 80. | <b>Pakiet nr 6 pozycja 6</b><br>Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na igły z wizualizacją pobrania posiadające komorę wizualizacyjną wykonaną z przezroczystego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 1 cm. Taka długość komory wizualizacyjnej pozwala na swobodną obserwację napływu krwi do niej w celu oceny prawidłowości wkłucia, w przeciwieństwie do krótkich komór wizualizacyjnych będących częścią igły w miejscu łączenia igły zewnętrznej z igłą wewnętrzną, w których efekt wizualizacji jest wręcz trudny do zaobserwowania? | Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  |
| 81. | <b>pakiet nr 4. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego:</b><br>Czy poprzez test do D-dimerów z możliwością wykluczania ŻchZZ, Zamawiający rozumie test o odpowiednio wysokiej czułości klinicznej i negatywnej wartości prognostycznej (NPV) bliskiej 100%, wykazanej oficjalnie w ulotce testu na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych?   | Zgodnie z SIWZ   |
| 82. | <b>Dotyczy SIWZ:</b><br>Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postępowaniu?<br>Uzasadnienie:<br>Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego zobowiązanie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii  | Zamiarem Zamawiającego było uzmysłowienie Potencjalnemu Wykonawcy, że ubezpieczenie oferowanego sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy w okresie dzierżawy leży po stronie Wykonawcy. |





|     |  |   |
|-----|--|---|
| 83. | <p><b>Dotyczy pakietu nr 2</b></p> <p>Czy za względu na zastosowaną opatentowaną technologię ECL gdzie odczyt końcowy, po zajściu reakcji immunologicznej, odbywa się w specjalnej komorze pomiarowej i platynowej elektrodzie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym odczyt końcowy odbywa się w komorze pomiarowej będącej elementem wyposażenia aparatu? Aparat ten nie wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych, a reakcja immunochemiczna zachodzi w jednorazowych naczynkach reakcyjnych.</p>  | TAK   |
| 84. | <p><b>Dotyczy pakietu nr 2</b></p> <p>Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciąży, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?</p>   | Zamawiający ma zamiar stosować test beta-HCG total jako test ciąży i jako marker nowotworowy                        |
| 85. | <p><b>Dotyczy pakietu nr 2</b></p> <p>Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów.</p>  | TAK   |
| 86. | <p><b>Dotyczy pakietu nr 1 i 2</b></p> <p>Prosimy o uściślenie czy podana przez Zamawiającego ilość badań (tabela nr 2, kolumna 3) zawiera już oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole?</p>   | TAK   |
| 87. | <p><b>Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dzierżawy</b><br/>Par. 11 ust. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „opóźnienia” na „zwłoki”?</p>   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 88. | <p><b>Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dzierżawy</b><br/>Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”</p>   | TAK - Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ   |
| 89. | <p><b>Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dzierżawy</b><br/>Par. 13 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z</p> | Zamawiający zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego . |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.  |   |
| 90. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 91. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?   | TAK – Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.  |
| 92. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 93. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 94. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?<br>Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.  |
| 95. | Par. 5 ust. 2 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „opóźnienia” na „zwłoki”?  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 96. | <b>Dotyczy Pakietu nr 11 – Podłoża na płytkach średnica 90 mm + szczepy wzorcowe wraz z dzierzawą palników</b><br>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość dostarczenia odczynników z poniższymi terminami ważności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłoża na płytkach zawierające krew minimum 4-6 tygodni</li> <li>• Podłoża na płytkach bez krwi minimum 5-7 tygodni</li> <li>• Szczepy wzorcowe min 8 miesięcy</li> <li>• Podłoża na płytkach chromogenne minimum 567 tygodni</li> </ul>   | TAK- pod warunkiem że wykonawca ma na myśli podłoża chromogenne minimum od 5-7 tygodni. |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.  |   |
| 90. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 91. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 92. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 93. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?   | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 94. | <b>Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy dostawę odczynników</b><br>Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?<br>Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 95. | Par. 5 ust. 2 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „opóźnienia” na „zwłoki”?  | NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  |
| 96. | <b>Dotyczy Pakietu nr 11 – Podłoża na płytkach średnica 90 mm + szczepy wzorcowe wraz z dzierzawą palników</b><br>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość dostarczenia odczynników z poniższymi terminami ważności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłoża na płytkach zawierające krew minimum 4-6 tygodni</li> <li>• Podłoża na płytkach bez krwi minimum 5-7 tygodni</li> <li>• Szczepy wzorcowe min 8 miesięcy</li> <li>• Podłoża na płytkach chromogenne minimum 567 tygodni</li> </ul>   | TAK- pod warunkiem że wykonawca ma na myśli podłoża chromogenne minimum od 5-7 tygodni. |





|      |  |   |
|------|--|---|
| 97.  | <b>Dotyczy Pakietu nr 13 – Krążki diagnostyczne</b><br>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość dostarczenia krażków z pozycji 5 i 6 od producenta który nie posiada Certyfikatów producenta ISO 9001 oraz 13485   | TAK   |
| 98.  | <b>Dotyczy Pakietu nr 13 – Krążki diagnostyczne</b><br>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość dostarczenia krażków z pozycji 3, 5 i 6 z minimalnym terminem ważności 6 m-cy.   | TAK   |
| 99.  | <b>Dotyczy Pakietu 16 – Dostawa testów lateksowych, poz. 03 - Szybki test jakościowy i ilościowy do określania reagin przeciwciał w surowicy z mikrocząsteczkami węgla (VDRL)</b><br>Czy Zamawiający w poz. 03 - Szybki test jakościowy i ilościowy do określania reagin przeciwciał w surowicy z mikrocząsteczkami węgla (VDRL) – ilość oznaczeń 100 dopuści opakowanie a 150 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiającego?  | TAK   |
| 100  | <b>Dotyczy Pakietu 16 – Dostawa testów lateksowych, poz. 03 - Szybki test jakościowy i ilościowy do określania reagin przeciwciał w surowicy z mikrocząsteczkami węgla (VDRL)</b><br>Czy Zamawiający w poz. 03 - Szybki test jakościowy i ilościowy do określania reagin przeciwciał w surowicy z mikrocząsteczkami węgla (VDRL) oczekuje zaferowania testu lateksowego, niekrętkowego, półilościowego z cząsteczkami węgla – RPR Carbo?   | TAK   |
| 101. | <b>Dotyczy Pakietu 16 – Dostawa testów lateksowych, poz. 06 – Osocze królicze</b><br>Czy Zamawiający w poz. 06 – Osocze królicze – ilość oznaczeń 6x5 ml dopuści opakowanie a 10x3 ml z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiającego?  | TAK   |
| 102. | <b>Dotyczy pakietu nr 9 tabela nr 1 poz. 25, wymagania sprzęt komputerowy-komputer, 1 szt.</b><br>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy opisany komputer „stacjonarny” ma być stacją roboczą analizatora, czy będzie on służył jako dodatkowe stanowisko robocze w laboratorium?<br><br>Jeśli opisany zestaw ma służyć jako stacja robocza analizatora to prosimy o rezygnację z wymagań sprzętowych opisanych w załączniku, ponieważ jest to komputer przygotowywany przez producenta analizatora i nie ma możliwości dostarczenia tak wyspecyfikowanego sprzętu.<br>Komputer jest tak przygotowany aby spełniał wymogi prawidłowej pracy urządzenia oraz pozwalał na wpięcie go do laboratoryjnej sieci szpitala.<br><br>Jeżeli opisany komputer ma służyć jako dodatkowe stanowisko robocze to czy ma być wpięte do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego? | Opisany komputer ma stanowić dodatkowe stanowisko robocze i ma być wpięte do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. . |





|             |  |   |
|-------------|--|---|
| <p>103.</p> | <p><b>dotyczy projektu umowy</b></p> <p>Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy został zmodyfikowany w następujący sposób:</p> <p>„Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy dostaw w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego 60 dniowego terminu płatności, o którym mowa w ust1.”</p> <p>Wskazać należy, że zapis umowny użyty przez Zamawiającego mógłby bowiem zachwiać płynnością finansową Wykonawcy. Zachowanie § 4 ust. 3 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych Wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 4 ust. 3 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego, tj.</p> <p><b><u>„§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”</u></b></p> <p><u>W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 4 ust. 3 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego.</u></p>   | <p>NIE – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>   |
| <p>104.</p> | <p><b>dotyczy projektu umowy dzierżawy</b></p> <p>Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie zapisu § 4 ust. 2 i 3, formułując je w następujący sposób:</p> <p>Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 24 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.</p> <p>W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>;</li> <li>2. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;</li> <li>3. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.</li> </ol> <p>Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.</p> <p>Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom</p> | <p>Nie</p> <p>Informacje dotyczące osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą zostanie podana po wyborze najkorzystniejszej oferty i wpisana do umowy z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia.</p> |





|      |  |   |
|------|--|---|
|      | racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.   |   |
| 105. | <p><b>dotyczy projektu umowy dzierżawy</b></p> <p>Zamawiający w § 11 ust 2 i 3 zastrzega karę umowną w brzmieniu:</p> <p>„2. Za nieterminowe wykonanie przeglądu serwisowego lub naprawy aparatu Dzierżawca może żądać od Wydierżawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.”</p> <p>„3. W przypadku nie dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż dwa dni robocze, Dzierżawca może żądać od Wydierżawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia. „</p> <p>Wnosimy o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była procentowo od wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego.</p> <p>W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.</p> | Nie – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 106. | <p>Pakiet 17 – Testy immunoenzymatyczne:</p> <p>Czy Zamawiający wymaga testu w zestawie z kontrolą dodatnią</p>  | TAK                                       |
| 107. | <p>Pakiet 17 – Testy immunoenzymatyczne:</p> <p>Czy Zamawiający wymaga testu immunoenzymatycznego w postaci jednej kasetki do równoczesnego wykrywania antygeny (GDH) i/lub toksyn (A/B) Clostridium difficile, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki?</p>  | TAK                                       |
| 108. | <p>Pakiet 17 – Testy immunoenzymatyczne:</p> <p>Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testu potwierdzającej spełnienie wymagań SIWZ?</p>  | TAK                                       |
| 109. | <p>Pakiet 15 – Testy immunochromatograficzne:</p> <p>Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści test o czułości 2 µg/g?</p>  | Zgodnie z SIWZ                            |
| 110. | <p>Pakiet 15 – Testy immunochromatograficzne:</p> <p>Czy Zamawiający w poz. 1,2,4 oraz 5 dopuści testy pakowane po 10 sztuk?</p>   | TAK                                       |





|      |   |   |
|------|---|---|
| 111. | Pakiet 15 – Testy immunochromatograficzne:<br>Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ?  | TAK                                       |
| 112. | PAKIET 4<br>Czy Zamawiający dopuści analizator z wewnętrznym czytnikiem barkodów, umożliwiający automatyczny odczyt wyłącznie prób badanych (bez konieczności kolejnego manualnego przykładania ich do skanera kodów) bez automatycznego odczytu odczynników i materiałów kontrolnych?            | Nie – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 113. | PAKIET 4<br>Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczania poziomu fibrynogenu wyłącznie klasyczną metodą Claussa? Metoda Claussa jest jedyną wiarygodną i porównywalną metodą. Wyliczenie wartości stężenia fibrynogenu na podstawie pomiaru PT jest obarczone bardzo dużym błędem. | Nie – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |
| 114. | PAKIET 4<br>Czy Zamawiający dopuści analizator z systemem kontroli jakości opartym o karty Levey – Jenningsa?   | TAK                                       |
| 115. | PAKIET 4<br>Czy Zamawiający dopuści test do D-dimerów o liniowości min. 5000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu?  | Nie – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ |

Dyrektor Szpitala  
**DYREKTOR**  
 SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU  
 Anna Pilarczyk- Sprycha  
*Anna Pilarczyk-Sprycha*