

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293
Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Znak postępowania ZP/PN/4/2016

Zawiercie, dnia 13 maja 2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
Telefon: 32 67 40 350
Faks: 32 67 21 532
e-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej *Prawo zamówień publicznych* w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania ZP/PN/4/2016 na dostawę pn. „*Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu*”

Z a m a w i a j ą c y z a w i a d a m i a

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2

1.1. Na podstawie art. 91 ust. 1 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą:


1.1.1. Ofertę Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy
1	Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca – Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta Wykonawcy – Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu uzyskała najwyższą ocenę według przyjętych kryteriów oceny ofert.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Zaoferowana przez Wykonawcę – Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu, cena oferty nie przekracza wysokości środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

1.2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty Waga 95%		Termin dostawy Waga 5%		Łączna suma punktów oferty
		Cena oferty w złotych	Liczba punktów	Termin dostawy	Liczba punktów	
1	Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	89.289,54	95,00	42 dni	5,00	100,00
6	OrtoCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ryżowa 33A 02-495 Warszawa	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				
7	Medicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 41-819 Zabrze	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				
8	Chirstom Marcin i Marek Dyner Spółka Cywilna ul. Mstowska 8 42-240 Rudniki	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 <i>Prawa zamówień publicznych</i>				

2. W przedmiotowym postępowaniu zostało odrzuconych trzech Wykonawców.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia

Oferta Wykonawcy OrtoCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została odrzucona z uwagi na fakt, że Wykonawca zaoferował w Pakiecie nr 2 w poz. 108 kontener sterylizacyjny nie spełnia wymogów Zamawiającego. Zamawiający wymagał zaproponowania kontenera narzędziowego do sterylizacji parowej pracującego w systemie otwartym (bez zaworów). Wykonawca zaproponował kontener zaworowy.

Oferta Wykonawcy Medicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Zabrze została odrzucona z uwagi na fakt, że Wykonawca zaoferował w Pakiecie nr 2 w poz. 13 nożyczki typu Lexer Baby o dł. 100 mm, a Zamawiający wymagał nożyczek Cottle Knapp zagiętych o dł. 105 mm. Wykonawca zaproponował również w Pakiecie nr 2 w poz. 67 nożyczki o długości 260 mm a Zamawiający wymagał nożyczek o długości 250 mm.



SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 • e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl
Regon 27621110, NIP 649-19-18-293

Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004

Oferta Wykonawcy Chirstom Marcin i Marek Dwyner Spółka Cywilna z Rudnik podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie uzupełnił dokumentów o które wnosil Zamawiający tj. potwierdzenia producenta narzędzi o autoryzacji serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i regeneracyjnego w Polsce dotyczy asortymentu producenta AESCULAP AG/Niemcy oraz informacji potwierdzonej przez producenta – Aesculap AG – na temat wymagań odnośnie matowania, hartowania, pasywacji, odporności na korozję instrumentów tej firmy.

Uzasadnienie prawne odrzucenia

Stosownie do art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przedmiotowym postępowaniu z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden z Wykonawców, który złożył ofertę.
4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) *Prawa zamówień publicznych* w przedmiotowym postępowaniu umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

POUCZENIE

Strona, która otrzymuje niniejsze zawiadomienie pocztą elektroniczną zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej zawiadomienie do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania.

P.O. Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Szpitala Powiatowego w Zawierciu

dr n. med SŁAWOMIR MILKA

P.O. Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU
dr n. med SŁAWOMIR MILKA

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania ZP/PN/4/2016

Zamieszczono na stronie internetowej

i Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego

S. Oe