Szpital Powiatowy
w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul Miodowa 14
32 67 40 200
sekretariat@szpitalzawiercie.pl
www.szpitalzawiercie.pl

Zawiercie 04.07.2019r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000euro netto na **ZAKUP GŁOWICY DO APARATU USG**

Nr sprawy DZP/BZU/284/2019

Pytanie 1.

W związku z postepowaniem Nr sprawy DZP/BZU/284/2019,zakup głowicy do aparatu USG proszę o dopuszczenie głowicy kompatybilnej z aparatem Logiq P6 typu convex, ilość elementów(kryształów)-128 i częstotliwości pracy 1,5 -4,6MHz.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza.

Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU
mgr inż. Iwona Sroga